

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
114	Advantage	.	Terumo	Ուղղորդիչ լարի առանցքը նիտինոլից է: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Ուղղորդիչ լարի դիստալ հատվածի երկարությունը՝ 25սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող ծայրի ճկուն մասի երկարությունն է՝ 1 սմ (0,014";0,018") և 5 սմ (0,035"), ձևը՝ ուղիղ կամ անկյունային: Ծայրը առավել դժվար ենթարկվում մոդելավորման և մեխանիկական ազդեցությունների: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունն է՝ 180սմ, 260սմ, 300սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսերն են ըստ տրամագծի՝ 0.014"(0.36մմ+0.02մմ),

				0.018"(0.46մմ+0.02մմ), 0.035" (0.89 մմ+0.01մմ): CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
114	Advantage	.	Terumo	Стержень проводника изготовлен из нитинола. Он имеет гидрофильное покрытие и отличается высокой гибкостью. Длина дистальной части проводника составляет 25 см. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда длина гибкой части необходимого кончика проводника составляет 1 см (0,014"; 0,018") и 5 см (0,035"), форма - прямая или изогнутая. Кончик сложнее моделировать и подвергается механическому воздействию. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимая длина проводника составляет 180 см, 260 см, 300 см. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемые размеры по диаметру составляют: 0,014" (0,36 мм + 0,02 мм), 0,018" (0,46 мм + 0,02 мм), 0,035"

				(0,89 мм + 0,01 мм). Наличие сертификата качества CE MARK обязательно. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила эксплуатации в виде заводского руководства. Срок годности не менее 50% от общего срока годности на момент поставки.
--	--	--	--	---