

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
124	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր (դանակ)	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր (դանակ)	Էլեկտրավիրաբուժ ական գեներատոր (դանակ)	"Բարձր հաճախականությամբ Էլեկտրավիրաբուժական գեներատորը նախատեսված է լիզացիայի համակարգով վիրաբուժական միջամտություններ կատարելու, ինչպես նաև հյուսվածքների միացման և անոթային Էլեկտրոլիզացիայի համար: Գեներատորը նախատեսված է ընդհանուր վիրաբուժության՝ ուրոլոգիական, անոթային, կրծքային, պլաստիկ, գինեկոլոգիական, կոլոռեկտալ ԼՕՌ միջամտությունների տոնզիլեկտոմիայի միջամտությունների համար: Համակարգի վրա պետք է առկա լինի երկու երկբևեռ, մեկ միաբևեռ միացումներ հետագա մոդերնիզացիայի և վերածրագրելու հնարավորությամբ: Միաբևեռ և երկբևեռ գործիքների համադրումը գեներատորին կատարվում է QR կոդով՝ միաբևեռ և երկբևեռ միաժամանակյա ակտիվացվում և թվացվում է

			համապատասխան ռեժիմով: Հատուկ մոնոպոլային դիսեկցիոն ռեժիմ՝ միաժամանակյա հեմոստազով: • Ծրագրային ապահովման արդիականացման համակարգ նոութբուքի միջոցով • Երկբևեռ տրանստրետորալ ռեգեկցիայի եղանակներ կոագուլյացիա և մասնահատում: • սենսորային LED Էկրան 4 պորտ՝ 2 միաբևեռ, 1 երկբևեռ, 1 լիգացիա: • Հավաքակազմը պետք է պարունակի բիպոլար ոտնակ 1 հատ, Էլեկտրոդ-դանակ չժանգոտվող պողպատից 1 հատ: Ընդհանուր երկարություն՝ 75 մմ: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Լրակազմում ներառված են բոլոր այն պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են Էլեկտրավիրաբուժական գեներատորի տեղադրման, մոնտաժման, լիարժեք շահագործման համար: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած անսարքությունների (շահագործման կանոնների խախտման հետ չկապված) վերացումը պետք է կատարվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:"
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
124				