

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
89	MG	Cormay Diagnostics	"Մազնեզիումի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված Mindray BS-200, BS-120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարրայում թեստերի քանակը` 90 թեստ: Փաթեթավորում` Mindray BS-200, BS-120 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա Mindray BS-200, BS-120 ծրագրավորելու սխեման: Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ` արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ` 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only լրակազմ=թեստ"







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УЦРЧ-ЕЦДЦТДР-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
89			