

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
39	Bio Lab Diagnostics Ltd	R.P.R	RPRկարբոն1/100`տուփի մեջ ոչ պակաս քան 100թեստ Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ և պլազմա:Ագլյուտինացիոն քարտի խորշիկը պարտադիր պետք է ունենա գոգավորություն: Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: ISO 13485 և ISO 9001 /կամ համարժեք/ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը պետք է համապատասխանի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն` 2/3

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦЧ-ЕЦДЦЧЗР-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
39			