

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Stat Fax 4200	Stat Fax 4200	Stat Fax 4200	Awareness Technology, Inc.	Միկրոպլանշետային ֆոտոմետր (կարդացող և տպող): Նախատեսված է իմունոֆերմենտային անալիզների համար, ստանդարտ 96 ակոս (Лунки) ունեցող պլանշետի ակոսների մեջ գտնվող նյութի կլանման գործակիցը (օպտիկական խտությունը) չափելու համար: Պետք է ունենա ոչ պակաս, քան 8 ֆիլտր՝ ոչ պակաս, քան 400-750նմ միջակայքում ալիքի երկարությամբ, ինչը թույլ կտա օգտագործել տարբեր թեստ-համակարգեր: Չափման մեթոդ՝ լուսաչափական՝

մեկ կամ երկու ալիքի երկարությամբ: Թվային էկրանի առկայություն: Ներքին ծրագրակազմ: Լույսի աղբյուր՝ հալոգեն կամ լեդ լամպ: Չափման ժամանակ մեկալիքայինի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 10վրկ., երկալիքայինի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 30վրկ.: Ինկուբացիայի ջերմաստիճանի տիրույթը՝ ոչ պակաս, քան 25-40 °C միջակայքում: 12 կամ 8 հատանոց ստրիպեր: Ներկառուցված տպիչ: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 -240 Վ ± 10%, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ. 1. ISO13485 կամ համարժեք: 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն

					անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Stat Fax 4200	Stat Fax 4200	Stat Fax 4200	Awareness Technology, Inc.	Միկրոպլանշետային ֆոտոմետր (կարդացող և տպող): Նախատեսված է իմունոֆերմենտային անալիզների համար, ստանդարտ 96 ակոս (Լյուկի) ունեցող պլանշետի ակոսների մեջ գտնվող նյութի կլանման գործակիցը (օպտիկական խտությունը) չափելու համար: Պետք է ունենա ոչ պակաս, քան 8 ֆիլտր՝ ոչ պակաս, քան 400-750նմ միջակայքում ալիքի երկարությամբ, ինչը թույլ կտա օգտագործել տարբեր թեստ-համակարգեր: Չափման մեթոդ՝ լուսաչափական՝

մեկ կամ երկու ալիքի երկարությամբ: Թվային էկրանի առկայություն: Ներքին ծրագրակազմ: Լույսի աղբյուր՝ հալոգեն կամ լեդ լամպ: Չափման ժամանակ մեկալիքայինի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 10վրկ., երկալիքայինի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 30վրկ.: Ինկուբացիայի ջերմաստիճանի տիրույթը՝ ոչ պակաս, քան 25-40 °C միջակայքում: 12 կամ 8 հատանոց ստրիպեր: Ներկառուցված տպիչ: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 -240 Վ ± 10%, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ. 1. ISO13485 կամ համարժեք: 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն

					անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	---