

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                                   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 78                 | ДС-ИФА-Пролактин      | ДС-ИФА-Пролактин    | ООО «НПО<br>‘Диагностич еские<br>системы’ | ДС-ИФА-Пролактин       | Պրոլակտին PRL : Պրոլակտինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու PRL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: ՍճՂՍՅ: 96 ճճՁՁՁՍ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: PRL -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>վերածրագրավորել<br/> իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը<br/> ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:<br/> Հանձնելու պահին մնացորդային<br/> պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև<br/> 1 տարի պիտանելիության ժամկետ<br/> ունեցող ապրանքների համար<br/> առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի<br/> պիտանելիության ժամկետ ունեցող<br/> ապրանքների համար առնվազն՝<br/> 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության<br/> ժամկետ ունեցող ապրանքների<br/> համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակը՝<br/> ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485<br/> կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 78         |                        |               |       |                            |                            |