

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թրոմբոցիտների պահպանման համար խառնիչ ինկուբատոր	Թրոմբոցիտների պահպանման համար խառնիչ ինկուբատոր	Թրոմբոցիտների պահպանման համար խառնիչ ինկուբատոր	Թրոմբոցիտների պահպանման համար խառնիչ ինկուբատոր	Թրոմբոցիտների պահպանման համար խառնիչ ինկուբատոր: Ջերմաստիճանային միջակայքը` առնվազն +20-ից +24 °C միջակայքում: Ինկուբատորի ներսում ջերմային ռեժիմի պահպանման ավտոմատ համակարգ: Ինկուբատորի ներսում ողջ ծավալով ջերմաստիճանի հավասար տարածման համակարգ: Միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային ջերմաստիճանի Էկրանով` ոչ ավելի քան 1 °C ճշգրտությամբ: Նշված

ջերմաստիճանի բարձրացման կամ իջեցման դեպքում լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ: Դռան ապակին պետք է լինի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների համար քիչ թափանցելի: Խցիկի ներքին երեսպատումը՝ չժանգոտող պողպատ: Ինկուբատորի և խառնիչի զանգվածները միասին՝ ոչ ավել, քան 120կգ: Ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 180լ: Թրոմբոցիտների պահպանման համար դարակաշարերի առկայություն՝ ոչ պակաս, քան 14 հատ: Դարակաշարերի ընդհանուր տարողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 28 հատ աֆերեզային պարկերի համար: Դարակաշարերի նյութը՝ ներկված պողպատ կամ չժանգոտվող պողպատ: Դարակաշարերում անցքերի առկայություն՝ պարկերում գազափոխանակության ապահովման համար: Խառնիչի առկայություն: Խառնիչի ճոճորումների հաճախականությունը՝ 50 հատ/րոպե±10%: Խառնիչի

				<p>ճոճորումների ամպլիտուդը՝ ոչ պակաս, քան 3սմ: Էլեկտրոսուցումը՝ 220 -240 Վ ± 10%, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ. 1. ISO13485 կամ համարժեք: 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					