

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ALT-ի որոշման սարք	ALT-ի որոշման սարք	ALT-ի որոշման սարք	ALT-ի որոշման սարք	ALT-ի որոշման սարք: Կոմպակտ ընդհանուր նշանակության ֆոտոմետր: Բաց համակարգ ցանկացած մեթոդների և ռեակտիվների համար: Լույսի աղբյուր՝ հալոգեն կամ լեդ լամպ: Ֆիլտրներ (ալիքի երկարություն)՝ ոչ պակաս, քան 6 հատ. 340, 405, 450, 505, 545, 600 նմ: Գծային տիրույթ՝ 0-ից 2.5 օպտիկական խտության միավոր: Փորձանոթի չափ՝ 12մմ ստանդարտ: Ներկառուցված թերմոստատ՝ ոչ պակաս,քան 12 փորձանոթի համար 37 °C ջերմաստիճան ապահովելու համար:

				Ներկառուցված տպիչ: Չափման հաշվարկման մեթոդ՝ ոչ պակաս, քան կլանում: Պետք է չափի օպտիկական խտությունը: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 -240 Վ $\pm$ 10%, 50/60 Հց: Կատարվող թեստեր՝ ՍԼՏ և ՍՍՏ ֆերմենտներ: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ. 1. ISO13485 կամ համարժեք: 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					