

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Արյան հավաքման բժշկական մոնիտոր (Կշեռք-ճոճանակ)	SCITEK	BCM-B	Scitek Global Co., Ltd	Արյան հավաքման բժշկական մոնիտոր (Կշեռք-ճոճանակ): Թվային Էկրանի առկայություն: Արյան ծավալի հավաքման գործառույթի առկայություն: Տարաների կարգավորման և կարգաբերման ֆունկցիայի առկայություն, որն ապահովում է չափման ճշգրտությունը: Փափուկ ցնցման ռեժիմի առկայություն, որը բարձրացնում է արյան մեջ օգտակար բաղադրիչների գոյատևման արդյունավետությունը: Նախանշված արժեքին հասնելու ժամանակ ավտոմատ տազնապ:

				<p>Նախանշված արժեքին հասնելու ժամանակ և նորմատիվ շեղումների դեպքում արյան խողովակի ավտոմատ փակման մեխանիզմի առկայություն: Չափման միջակայքը ոչ պակաս քան 0-990 մլ տիրույթում: Ճշգրտությունը ոչ ավելի քան <math>\pm 2\%</math>: Էկրանի ցուցադրման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 1 մլ: Հավաքման արագությունը ոչ պակաս, քան 30-120մլ/ր տիրույթում: Ճոճման անկյունը ոչ պակաս քան <math>13^\circ</math>: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 -240 Վ <math>\pm 10\%</math>, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ. ISO13485:</p>
--	--	--	--	--







				<p>Նախանշված արժեքին հասնելու ժամանակ և նորմատիվ շեղումների դեպքում արյան խողովակի ավտոմատ փակման մեխանիզմի առկայություն: Չափման միջակայքը ոչ պակաս քան 0-990 մլ տիրույթում: Ճշգրտությունը ոչ ավելի քան <math>\pm 2\%</math>: Էկրանի ցուցադրման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 1 մլ: Հավաքման արագությունը ոչ պակաս, քան 30-120մլ/ր տիրույթում: Ճոճման անկյունը ոչ պակաս քան <math>13^\circ</math>: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 -240 Վ <math>\pm 10\%</math>, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ. ISO13485:</p>
--	--	--	--	--