

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Selution SLR MedAliance	Selution SLR MedAliance	Selution SLR MedAliance	Cardinal Health / Cordis	Բալունային կատետեր պատված Սիրոլիմուս դեղով, չափաբաժինը՝ 1 մկգ/մմ ² : Ունի ռենտգեն կոնտրաստային 2 մարկեր, համատեղելիություն 0,014" ուղղորդչի հետ, 5F և 6F կաթետր ուղղորդիչների հետ, շափթի աշխատանքային երկարությունը 140 սմ, շավթի տրամագիծը՝ 1.9 Fr (0.63մմ), ծայրի պրոֆիլը՝ 0,016", նոմինալ ճնշումը՝ 6 atm., առավելագույն ճնշումը՝ 12 atm.: Տրամագծերը՝ 1,50; 2.00; 2,25; 2,50; 2,75; 3.00; 3,25; 3.50; 3,75; 4.00; 4,50; 5.00 մմ, երկարությունը

					առնվազն 7 չափ բոլոր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ: Արտադրական խոտանի դեպքում վաճառողը պարտավոր է իր սեփական միջոցների հաշվին ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Selution SLR MedAliance	Selution SLR MedAliance	Selution SLR MedAliance	Cardinal Health / Cordis	Բալոնային կատետեր պատված Սիրոլիմուս դեղով, չափաբաժինը՝ 1 մկգ/մմ ² : Ունի ռենտգեն կոնտրաստային 2 մարկեր, համատեղելիություն 0,014" ուղղորդչի հետ, 5F և 6F կաթետր ուղղորդիչների հետ, շափթի աշխատանքային երկարությունը 140 սմ, շավթի տրամագիծը՝ 1.9 Fr (0.63մմ), ծայրի պրոֆիլը՝ 0,016", նոմինալ ճնշումը՝ 6 atm., առավելագույն ճնշումը՝ 12 atm.: Տրամագծերը՝ 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50; 5,00 մմ, երկարությունը

					առնվազն 7 չափ բոլոր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ: Արտադրական խոտանի դեպքում վաճառողը պարտավոր է իր սեփական միջոցների հաշվին ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:
--	--	--	--	--	--