

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Հեմոդիալիզի բազաթոռ Բազկաթոռի դիզայնը պետք է լինի Էրգոնոմիկ և հարմարավետ պացիենտի համար Լիարժեք նստելու և պառկելու հնարավորության առկայություն Պացիենտը պետք է Էլեկտրոնային կառավարման հնարավորություն ունենա՝ բազկաթոռի հետևամասի, ոտքի հատվածի և բարձրության Վահանակից բոլոր դիրքերի կառավարման հնարավորության առկայություն Ընդհանուր չափը ոչ պակաս քան 1900×580 մմ Բարձրության կարգաբերումը ոչ պակաս քան 550 մմ-ից 770 մմ

					միջակայքում Մեջքի հատվածի կարգաբերումը ոչ պակաս քան -10°-ից 70° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգաբերումը ոչ պակաս քան 0° - ից 50° միջակայքում Ճալովի կամ պտտվող արմնկակալների առկայություն Արմնկակալները պետք է ծալվեն այնպես, որ հիվանդը կարողանա նստել և իջնել կողմերից Բազկաթոռի մակերեսը պետք է պատրաստված լինի պատշաճ խտության նյութից (օրինակ՝ փրփուր կամ ներքնակ բարձր խտության սպունգից) Ներքնակի կամ մակերեսային նյութի հաստությունը ոչ պակաս քան 70 մմ Բազկաթոռի արտաքին մակերեսը պետք է երեսապատված լինի կաշվով կամ բարձր որակի արհեստական կաշվով և պետք է հեշտությամբ մաքրվի հիգիենիկ նպատակներով Կմախքը պետք է լինի պողպատից, ծածկը փոշեպատված, պետք է ունենա չորս պտտվող անիվներ ոչ պակաս քան 75 մմ տրամագծով, որոնցից ոչ պակաս քան երկուսը ֆիքսվող Պետք է դիմակայի առավելագույն
--	--	--	--	--	--

				ծանրությանը ոչ պակաս քան 150 կգ Պետք է ունենա սեղանիկ (tray table) Սնուցում. Սնուցում` 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ.</p> <p>Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում` մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սուրեն Հակոբյան Գորգենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ
ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					