

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԵԶՍ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	ARC Rubella IgG Control Kit	Abbott Diagnostics	Rubella IgG կոնտրոլ` նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար: 3 սրվակ (յուրաքանչյուրը 8,0 մլ): Պահպանիչներ` նատրիումի ազիդ և ProClin 950: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МЕД-ИМПЭКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦХЦПЗР-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
34	ARC Rubella IgG Control Kit	Abbott Diagnostics	Контрольный IgG-антитела к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000. 3 флакона (по 8,0 мл). Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Сертификат качества имеется.