

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Մոդուլային հիվանդի մոնիտոր	BLT	Q7	Guangdong Biolight Meditech Co.LTD	"Մոդուլային հիվանդի մոնիտոր Ոչ պակաս քան 3 ընդարձակման մոդուլի միացման հնարավորություն, աջակցում է մինչև 11 համաժամանակյա պարամետրերի չափում Սենսորային Էկրանով և լուսավորված կոճակներով Կարող է գործել արտաքին մկնիկի և ստեղնաշարի միջոցով Թմրամիջոցների դոզայի հաշվարկ, օդափոխման հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, տիտրացման աղյուսակի ցուցադրում և հեմոդինամիկ հաշվարկ Լրացուցիչ լիթիում

իոնային մարտկոց, կրկնակի
մարտկոցի խցիկ, մարտկոցից
աշխատանքի ժամանակը մինչև ոչ
պակաս քան 4 ժամ LCD էկրան,
էկրանի չափը ոչ պակաս քան 15
դյույմ; 1024 × 768 պիքսել կամ ավել
տարլուծումով Կորեի քանակը ոչ
պակաս քան 12, իսկ կորեի ձևը,
գույնը և դիրքը կարգավորելի են
Հագեցած է ցուցադրման 7
ձևաչափով, ներառյալ ստանդարտ
էկրանը, կարճ տենդենցը, մեծ
տառատեսակ, այլ մահճակալների
դիտում, NIBP վերստուգիչ, 7
առաջատար կանալ և այլն:
Մոնիտորը պետք է տրամադրի
Glasgow Coma Scale ցուցանիշը որը
տրամադրում է մարդու
գիտակցության վիճակը
նախնական, ինչպես նաև հետագա
գնահատման եղանակ: Ստանդարտ
պարամետր. ECG, Resp, Spo2, NIBP,
PR, 2-TEMP Ընտրովի, IBP, CO2
(հիմնական հոսք, կողային հոսք,
միկրո հոսք), AG (հիմնական հոսք,
կողային հոսք), EEG, Masimo
Rainbow Spo2 միացման
հնարավորություն EՍԳ` 3/5/7
առաջատար կանալ, ընտրովի 12

առաջատարի հնարավորություն
 Կարող է ընտրվել մոնիտորինգ,
 ախտորոշում և շահագործման
 ռեժիմներ: Կարող է դիմակայել
 էլեկտրամիոգրաֆիայի,
 դեֆիբրիլյացիայի և այլնի
 միջամտությանը: Սրտի կծկումների
 չափման միջակայք՝ Մեծահասակներ
 10 BPM ~ 300 BPM; Երեխաներ և
 նորածիններ. 10 BPM ~ 350 BPM
 Սրտի կծկումների չափման
 ճշգրտություն. $\pm 1\%$ կամ ± 1 bpm
 (որն ավելի մեծ է) Ոչ պակաս քան 23
 տեսակի ռիթմի վերլուծություն Ոչ
 պակաս քան 7-ալիքի ST-SEGMENT
 վերլուծության գործառույթ, մինչև
 12-ալիքի ST վերլուծություն ST
 քարտեզ QT / QTC վերլուծության
 գործառույթ Շնչառություն՝
 Կրծքային դիմադրության մեթոդ
 Շնչառության հաճախականության
 դիտարկման միջակայք. 0 ~ 150 rpm
 Շնչառության հաճախականության
 չափման ճշգրտություն. ± 2 rpm կամ
 $\pm 2\%$ (որն ավելի մեծ է) SPO2՝ Pulse-
 Tone գործառույթ SPO2- ի
 մոնիտորինգի միջակայք՝ 0 ~ 100%
 SPO2 չափման ճշգրտություն. $\pm 2\%$
 (70 ~ 100% SPO2) Երկակի SPO2

					ռեժիմ, միևնույն ժամանակ նորածնի ծեռքի և ոտքի արյան թթվածին չափում, CCHD գործառույթի առկայություն Pulse Rate` Pulse Rate Չափման միջակայքը `20 bpm ~ 250 bpm Ճշգրտություն. $\pm 1\%$ կամ $\pm$ 1BPM, որն է ավելի մեծ NIBP` Չափիչ միջակայքը `մեծահասակների համար 10-270 mmHg; երեխաների համար; 10-235mmHg, նորածինների համար 10-135mmHg: Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների սեգմենտացված ճնշման պաշտպանություն Չափման ռեժիմը. ձեռքով, պարբերական, արագ Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ` Երկկողմանի մարմնի ջերմաստիճանի մոնիտորինգ, տարբերության ցուցադրմամբ Չափիչ միջակայքը `0 ~ 50 °C Ճշգրտություն. $\pm 0,1$ °C Տազնապ` 360 աստիճանի ձայնային ազդանշանային գործառույթ ձայնի մակարդակի կարգավորմամբ Ֆիզիոլոգիական և տեխնիկական անկախ ազդանշանային ցուցիչներ Բուժքույրի կանչ Հիշողությունները` Ոչ պակաս քան 168 ժամ Trend պահուստ և վերանայում 128
--	--	--	--	--	---

					պարամետրերի պահպանում NIBP չափման արդյունքների պահպանում Հոլոգրաֆիկ ալիքաձևի ցուցադրում Ցանց՝ կարող է միացված լինել կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին լարով, անլար և հիբրիդային մեթոդներով Կարող է կապված լինել հիվանդի տվյալների կարգավարման և գնման կոդով՝ UP4-EGG4 12F 25/38 ինչ ծրագրակազմին չորսում,
					ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара
Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под					представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		վերլուծություն հիվանդի տվյալների
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	հոսանքային և A4 թղթի միա технические характеристики տպելու հնարավորությամբ
2	Մոդուլային հիվանդի մոնիտոր	BLT	Q7	Guangdong Biolight Meditech Co.LTD	Մարտիրոսյան Է. Լիլիկ Սոփ "Մոդուլային հիվանդի մոնիտորի Ոչ չօգտագործված ուսեսա որակի պակաս քան 3 ընդարձակման ISO9001, ISO13485, ISO 14001, FDA, ստորի ֆիկատների արևադարձը:" հնարավորություն, աշխատում է
					մինչև 11 համաժամանակյա պարամետրերի չափում Սենսորային Էկրանով և լուսավորված կոճակներով Կարող է գործել արտաքին մկնիկի և ստեղնաշարի միջոցով Թմրամիջոցների դոզայի հաշվարկ, օդափոխման հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, տիտրացման աղյուսակի ցուցադրում և հեմոդիսամիկ հաշվարկ Լրացուցիչ լիթիում

					իոնային մարտկոց, կրկնակի մարտկոցի խցիկ, մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը մինչև ոչ պակաս քան 4 ժամ LCD էկրան, էկրանի չափը ոչ պակաս քան 15 դյույմ; 1024 × 768 պիքսել կամ ավել տարլուծումով Կորեի քանակը ոչ պակաս քան 12, իսկ կորեի ձևը, գույնը և դիրքը կարգավորելի են Հագեցած է ցուցադրման 7 ձևաչափով, ներառյալ ստանդարտ էկրանը, կարճ տենդենցը, մեծ տառատեսակ, այլ մահճակալների դիտում, NIBP վերստուգիչ, 7 առաջատար կանալ և այլն: Մոնիտորը պետք է տրամադրի Glasgow Coma Scale ցուցանիշը որը տրամադրում է մարդու գիտակցության վիճակը Նախնական, ինչպես նաև հետագա գնահատման եղանակ: Ստանդարտ պարամետր. ECG, Resp, SpO2, NIBP, PR, 2-TEMP Ընտրովի, IBP, CO2 (հիմնական հոսք, կողային հոսք, միկրո հոսք), AG (հիմնական հոսք, կողային հոսք), EEG, Masimo Rainbow SpO2 միացման հնարավորություն EUC` 3/5/7 առաջատար կանալ, ընտրովի 12
--	--	--	--	--	---

					առաջատարի հնարավորություն Կարող է ընտրվել մոնիտորինգ, ախտորոշում և շահագործման ռեժիմներ: Կարող է դիմակայել Էլեկտրամիոգրաֆիայի, դեֆիբրիլյացիայի և այլնի միջամտությանը: Սրտի կծկումների չափման միջակայք՝ Մեծահասակներ 10 BPM ~ 300 BPM; Երեխաներ և նորածիններ. 10 BPM ~ 350 BPM Սրտի կծկումների չափման ճշգրտություն. $\pm 1\%$ կամ ± 1 bpm (որն ավելի մեծ է) Ոչ պակաս քան 23 տեսակի ռիթմի վերլուծություն Ոչ պակաս քան 7-ալիքի ST-SEGMENT վերլուծության գործառույթ, մինչև 12-ալիքի ST վերլուծություն ST քարտեզ QT / QTC վերլուծության գործառույթ Շնչառություն՝ Կրծքային դիմադրության մեթոդ Շնչառության հաճախականության դիտարկման միջակայք. 0 ~ 150 rpm Շնչառության հաճախականության չափման ճշգրտություն. ± 2 rpm կամ $\pm 2\%$ (որն ավելի մեծ է) SPO2՝ Pulse- Tone գործառույթ SPO2- ի մոնիտորինգի միջակայք՝ 0 ~ 100% SPO2 չափման ճշգրտություն. $\pm 2\%$ (70 ~ 100% SPO2) Երկակի SPO2
--	--	--	--	--	---

					ռեժիմ, միևնույն ժամանակ նորածնի ծեռքի և ոտքի արյան թթվածին չափում, CCHD գործառույթի առկայություն Pulse Rate` Pulse Rate Չափման միջակայքը `20 bpm ~ 250 bpm Ճշգրտություն. $\pm 1\%$ կամ $\pm$ 1BPM, որն է ավելի մեծ NIBP` Չափիչ միջակայքը `մեծահասակների համար 10-270 mmHg; երեխաների համար; 10-235mmHg, նորածինների համար 10-135mmHg: Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների սեգմենտացված ճնշման պաշտպանություն Չափման ռեժիմը. ձեռքով, պարբերական, արագ Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ` Երկկողմանի մարմնի ջերմաստիճանի մոնիտորինգ, տարբերության ցուցադրմամբ Չափիչ միջակայքը `0 ~ 50 °C Ճշգրտություն. $\pm 0,1$ °C Տազնապ` 360 աստիճանի ձայնային ազդանշանային գործառույթ ձայնի մակարդակի կարգավորմամբ Ֆիզիոլոգիական և տեխնիկական անկախ ազդանշանային ցուցիչներ Բուժքույրի կանչ Հիշողությունները` Ոչ պակաս քան 168 ժամ Trend պահուստ և վերանայում 128
--	--	--	--	--	---

				պարամետրերի պահպանում NIBP չափման արդյունքների պահպանում Հոլոգրաֆիկ ալիքաձևի ցուցադրում Ցանց՝ կարող է միացված լինել կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին ՝ լարով, անլար և հիբրիդային մեթոդներով Կարող է կապված լինել հիվանդի տվյալների կառավարման և գնման ծրագրակազմին ՝ որոնում, վերլուծություն հիվանդի տվյալներ իրականացնելու և A4 թղթի վրա տպելու հնարավորությամբ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա որակի ISO9001, ISO13485, ISO 14001, FDA, սերտիֆիկատների առկայություն:"
--	--	--	--	--