

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՄ-ՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	Rubella IgG կալիբրատոր,	Abbott	Rubella IgG կալիբրատոր՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար: 6 սրվակ (յուրաքանչյուրը 4,0 մլ): Calibrator A-ն պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի (ոչխարի) կայունացուցիչով: Կալիբրատորները B-F պարունակում են մարդու պլազմա (ռեակտիվ anti- Rubella IgG) սպիտակուցային (ոչխարի) կայունացուցիչով: Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПРОМ-ТЕСТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
35			