

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Masimo Rad-G® Pulse Oximeter (Kit)	Masimo Corporation	"Թթվածնի սատուրացիա (SpO2)՝ 70-100%, առանց շարժում մեծահասակներ/մանկական/սորածնային՝ 2%, շարժմամբ մեծահասակներ/մանկական/սորածնային՝ 3% Ցածր պերֆուզիա՝ մեծահասակներ/մանկական/սորածնային՝ 2% Պոլսի հաճախականություն (PR)՝ 25-240 գ/ր, առանց շարժում մեծահասակներ/մանկական/սորածնային՝ 3գ/ր, շարժմամբ մեծահասակներ/մանկական/սորածնային՝ 5գ/ր Ցածր պերֆուզիա՝ մեծահասակներ/մանկական/սորածնային՝ 3գ/ր Շնչառության հաճախականություն (RRp)՝ 4-70 շշ/ր առանց շարժում մեծահասակներ/մանկական (>2 տարեկան)՝ 3 շշ/ր ARMS, միջին սխալ՝ ± 1 շշ/ր Էկրանի տրամագիծը՝ առնվազն 7սմ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ երբ մարտկոցը լիցքավորվում է՝ 0-40°C, երբ մարտկոցը չի լիցքավորվում՝ 0-50°C: Մարտկոցի տեսակը՝ լիթիումային, տարողությունը՝ 4 ժամ, տվյալների պահպանումը՝ 96 ժամ, աշխատաժամանակ՝ 10 տարի: Լրակազմն իր մեջ պետք է ներառի պոլս օքսիմետր, մարտկոց, տվիչների հավաքածու, պացիենտի միացման լարեր՝ G15-05 և/կամ G15-12, տվյալների

			փոխանցման լար, օգտագործողի ձեռնարկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերաթողարկված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: "
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Masimo Rad-G® Pulse Oximeter (Kit)	Masimo Corporation	"Թթվածնի սատուրացիա (SpO2)՝ 70-100%, առանց շարժում մեծահասակներ/մանկական/նորածնային՝ 2%, շարժմամբ մեծահասակներ/մանկական/նորածնային՝ 3% Ցածր պերֆուզիա՝ մեծահասակներ/մանկական/նորածնային՝ 2% Պոլսի հաճախականություն (PR)՝ 25-240 զ/ր, առանց շարժում մեծահասակներ/մանկական/նորածնային՝ 3զ/ր, շարժմամբ մեծահասակներ/մանկական/նորածնային՝ 5զ/ր Ցածր պերֆուզիա՝ մեծահասակներ/մանկական/նորածնային՝ 3զ/ր Շնչառության հաճախականություն (RRp)՝ 4-70 շշ/ր առանց շարժում մեծահասակներ/մանկական (>2 տարեկան)՝ 3 շշ/ր ARMS, միջին սխալ՝ ± 1 շշ/ր Էկրանի տրամագիծը՝ առնվազն 7սմ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ երբ մարտկոցը լիցքավորվում է՝ 0-40°C, երբ մարտկոցը չի լիցքավորվում՝ 0-50°C: Մարտկոցի տեսակը՝ լիթիումային, տարողությունը՝ 4 ժամ, տվյալների պահպանումը՝ 96 ժամ, աշխատաժամանակ՝ 10 տարի: Լրակազմն իր մեջ պետք է ներառի պոլս օքսիմետր, մարտկոց, տվիչների հավաքածու, պացիենտի միացման լարեր՝ G15-05 և/կամ G15-12, տվյալների

			փոխանցման լար, օգտագործողի ձեռնարկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերաթողարկված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: "
--	--	--	--