

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ցուցասարքեր	ցուցասարքեր	ցուցասարքեր	ցուցասարքեր	"Մոդուլային հիվանդի մոնիտոր Ոչ պակաս քան 3 ընդարձակման մոդուլի միացման հնարավորություն, աջակցում է մինչև 11 համաժամանակյա պարամետրերի չափում Սենսորային Էկրանով և լուսավորված կոճակներով Կարող է գործել արտաքին մկնիկի և ստեղնաշարի միջոցով Թմրամիջոցների դոզայի հաշվարկ, օդափոխման հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, տիտրացման աղյուսակի ցուցադրում և հեմոդինամիկ հաշվարկ Լրացուցիչ լիթիում

					իոնային մարտկոց, կրկնակի մարտկոցի խցիկ, մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը մինչև ոչ պակաս քան 4 ժամ LCD էկրան, էկրանի չափը ոչ պակաս քան 15 դյույմ; 1024 × 768 պիքսել կամ ավել տարլուծումով Կորեի քանակը ոչ պակաս քան 12, իսկ կորեի ձևը, գույնը և դիրքը կարգավորելի են Հագեցած է ցուցադրման 7 ձևաչափով, ներառյալ ստանդարտ էկրանը, կարճ տենդենցը, մեծ տառատեսակ, այլ մահճակալների դիտում, NIBP վերստուգիչ, 7 առաջատար կանալ և այլն: Մոնիտորը պետք է տրամադրի Glasgow Coma Scale ցուցանիշը որը տրամադրում է մարդու գիտակցության վիճակը Նախնական, ինչպես նաև հետագա գնահատման եղանակ: Ստանդարտ պարամետր. ECG, Resp, SpO2, NIBP, PR, 2-TEMP Ընտրովի, IBP, CO2 (հիմնական հոսք, կողային հոսք, միկրո հոսք), AG (հիմնական հոսք, կողային հոսք), EEG, Masimo Rainbow SpO2 միացման հնարավորություն EUC` 3/5/7 առաջատար կանալ, ընտրովի 12
--	--	--	--	--	---

					առաջատարի հնարավորություն Կարող է ընտրվել մոնիտորինգ, ախտորոշում և շահագործման ռեժիմներ: Կարող է դիմակայել Էլեկտրամիոգրաֆիայի, դեֆիբրիլյացիայի և այլնի միջամտությանը: Սրտի կծկումների չափման միջակայք՝ Մեծահասակներ 10 BPM ~ 300 BPM; Երեխաներ և նորածիններ. 10 BPM ~ 350 BPM Սրտի կծկումների չափման ճշգրտություն. $\pm 1\%$ կամ ± 1 bpm (որն ավելի մեծ է) Ոչ պակաս քան 23 տեսակի ռիթմի վերլուծություն Ոչ պակաս քան 7-ալիքի ST-SEGMENT վերլուծության գործառույթ, մինչև 12-ալիքի ST վերլուծություն ST քարտեզ QT / QTC վերլուծության գործառույթ Շնչառություն՝ Կրծքային դիմադրության մեթոդ Շնչառության հաճախականության դիտարկման միջակայք. 0 ~ 150 rpm Շնչառության հաճախականության չափման ճշգրտություն. ± 2 rpm կամ $\pm 2\%$ (որն ավելի մեծ է) SPO2՝ Pulse- Tone գործառույթ SPO2- ի մոնիտորինգի միջակայք՝ 0 ~ 100% SPO2 չափման ճշգրտություն. $\pm 2\%$ (70 ~ 100% SPO2) Երկակի SPO2
--	--	--	--	--	---

					ռեժիմ, միևնույն ժամանակ նորածնի ծեռքի և ոտքի արյան թթվածին չափում, CCHD գործառույթի առկայություն Pulse Rate` Pulse Rate Չափման միջակայքը `20 bpm ~ 250 bpm Ճշգրտություն. $\pm 1\%$ կամ $\pm$ 1BPM, որն է ավելի մեծ NIBP` Չափիչ միջակայքը `մեծահասակների համար 10-270 mmHg; երեխաների համար; 10-235mmHg, նորածինների համար 10-135mmHg: Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների սեգմենտացված ճնշման պաշտպանություն Չափման ռեժիմը. ձեռքով, պարբերական, արագ Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ` Երկկողմանի մարմնի ջերմաստիճանի մոնիտորինգ, տարբերության ցուցադրմամբ Չափիչ միջակայքը `0 ~ 50 °C Ճշգրտություն. $\pm 0,1$ °C Տազնապ` 360 աստիճանի ձայնային ազդանշանային գործառույթ ձայնի մակարդակի կարգավորմամբ Ֆիզիոլոգիական և տեխնիկական անկախ ազդանշանային ցուցիչներ Բուժքույրի կանչ Հիշողությունները` Ոչ պակաս քան 168 ժամ Trend պահուստ և վերանայում 128
--	--	--	--	--	---

					պարամետրերի պահպանում NIBP չափման արդյունքների պահպանում Հոլոգրաֆիկ ալիքաձևի ցուցադրում Ցանց՝ կարող է միացված լինել կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին ՝ լարով, անլար և հիբրիդային մեթոդներով Կարող է կապված լինել հիվանդի տվյալների կառավարման և գնման կարգավորման համակարգի հետ ծրագրակազմին ՝ որոնում, վերլուծություն հիվանդի տվյալների հոսանքների և A4 թղթի միա տալիս հնարավորությամբ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա որակի ISO9001, ISO13485, ISO 14001, FDA, սերտիֆիկատների առկայություն:"
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					
ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UP4-EU2012F-25/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					