

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ցուցասարքեր	ցուցասարքեր	ցուցասարքեր	ցուցասարքեր	"Մոդուլային հիվանդի մոնիտոր Ոչ պակաս քան 3 ընդարձակման մոդուլի միացման հնարավորություն, աջակցում է մինչև 11 համաժամանակյա պարամետրերի չափում Սենսորային Էկրանով և լուսավորված կոճակներով Կարող է գործել արտաքին մկնիկի և ստեղնաշարի միջոցով Թմրամիջոցների դոզայի հաշվարկ, օդափոխման հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, տիտրացման աղյուսակի ցուցադրում և հեմոդինամիկ հաշվարկ Լրացուցիչ լիթիում

					իոնային մարտկոց, կրկնակի մարտկոցի խցիկ, մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը մինչև ոչ պակաս քան 4 ժամ LCD էկրան, էկրանի չափը ոչ պակաս քան 15 դյույմ; 1024 × 768 պիքսել կամ ավել տարլուծումով Կորեի քանակը ոչ պակաս քան 12, իսկ կորեի ձևը, գույնը և դիրքը կարգավորելի են Հագեցած է ցուցադրման 7 ձևաչափով, ներառյալ ստանդարտ էկրանը, կարճ տենդենցը, մեծ տառատեսակ, այլ մահճակալների դիտում, NIBP վերստուգիչ, 7 առաջատար կանալ և այլն: Մոնիտորը պետք է տրամադրի Glasgow Coma Scale ցուցանիշը որը տրամադրում է մարդու գիտակցության վիճակը նախնական, ինչպես նաև հետագա գնահատման եղանակ: Ստանդարտ պարամետր. ECG, Resp, Spo2, NIBP, PR, 2-TEMP Ընտրովի, IBP, CO2 (հիմնական հոսք, կողային հոսք, միկրո հոսք), AG (հիմնական հոսք, կողային հոսք), EEG, Masimo Rainbow Spo2 միացման հնարավորություն EUC` 3/5/7 առաջատար կանալ, ընտրովի 12
--	--	--	--	--	---

առաջատարի հնարավորություն
 Կարող է ընտրվել մոնիտորինգ,
 ախտորոշում և շահագործման
 ռեժիմներ: Կարող է դիմակայել
 էլեկտրամիոգրաֆիայի,
 դեֆիբրիլյացիայի և այլնի
 միջամտությանը: Սրտի կծկումների
 չափման միջակայք՝ Մեծահասակներ
 10 BPM ~ 300 BPM; Երեխաներ և
 նորածիններ. 10 BPM ~ 350 BPM
 Սրտի կծկումների չափման
 ճշգրտություն. $\pm 1\%$ կամ ± 1 bpm
 (որն ավելի մեծ է) Ոչ պակաս քան 23
 տեսակի ռիթմի վերլուծություն Ոչ
 պակաս քան 7-ալիքի ST-SEGMENT
 վերլուծության գործառույթ, մինչև
 12-ալիքի ST վերլուծություն ST
 քարտեզ QT / QTC վերլուծության
 գործառույթ Շնչառություն՝
 Կրծքային դիմադրության մեթոդ
 Շնչառության հաճախականության
 դիտարկման միջակայք. 0 ~ 150 rpm
 Շնչառության հաճախականության
 չափման ճշգրտություն. ± 2 rpm կամ
 $\pm 2\%$ (որն ավելի մեծ է) SPO2՝ Pulse-
 Tone գործառույթ SPO2- ի
 մոնիտորինգի միջակայք՝ 0 ~ 100%
 SPO2 չափման ճշգրտություն. $\pm 2\%$
 (70 ~ 100% SPO2) Երկակի SPO2

					ռեժիմ, միևնույն ժամանակ նորածնի ծեռքի և ոտքի արյան թթվածին չափում, CCHD գործառույթի առկայություն Pulse Rate` Pulse Rate Չափման միջակայքը `20 bpm ~ 250 bpm Ճշգրտություն. $\pm 1\%$ կամ $\pm$ 1BPM, որն է ավելի մեծ NIBP` Չափիչ միջակայքը `մեծահասակների համար 10-270 mmHg; երեխաների համար; 10-235mmHg, նորածինների համար 10-135mmHg: Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների սեգմենտացված ճնշման պաշտպանություն Չափման ռեժիմը. ձեռքով, պարբերական, արագ Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ` Երկկողմանի մարմնի ջերմաստիճանի մոնիտորինգ, տարբերության ցուցադրմամբ Չափիչ միջակայքը `0 ~ 50 °C Ճշգրտություն. $\pm 0,1$ °C Տազնապ` 360 աստիճանի ձայնային ազդանշանային գործառույթ ձայնի մակարդակի կարգավորմամբ Ֆիզիոլոգիական և տեխնիկական անկախ ազդանշանային ցուցիչներ Բուժքույրի կանչ Հիշողությունները` Ոչ պակաս քան 168 ժամ Trend պահուստ և վերանայում 128
--	--	--	--	--	---

					պարամետրերի պահպանում NIBP չափման արդյունքների պահպանում Հոլոգրաֆիկ ալիքաձևի ցուցադրում Ցանց՝ կարող է միացված լինել կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին ՝ լարով, անլար և հիբրիդային մեթոդներով Կարող է կապված լինել հիվանդի տվյալների կարավարման և գնման ծրագրակազմին ՝ որոնում,
	ԱՆԻՍԵՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UP4-EUΔG 12P 25/38				представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		վերլուծություն հիվանդի տվյալների
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	հոսանքային և A4 թղթի միա տախտիկա հնարավորությամբ տախտիկա հնարավորությամբ
2					Ապրանքը պետք է լինի նոր,
					չօգտագործված, ունենա որակի ISO9001, ISO13485, ISO 14001, FDA, սերտիֆիկատների առկայություն:"