

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23                 | RPR carbor            | RPR carbor          | RPR carbor | BioSystems SA          | Սիֆիլիսի որոշման թեստ<br>հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ<br>ագլյուտինացիոն եղանակով:<br>Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:<br>Սիֆիլիսի որոշման թեստ<br>հավաքածուն պետք է ունենա իր<br>աշխատանքի համար անհրաժեշտ<br>օգտագործման ձեռնարկով<br>նախատեսված նյութերը: Հանձնելու<br>պահին մնացորդային<br>պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև<br>1 տարի պիտանելիության ժամկետ<br>ունեցող ապրանքների համար<br>առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի<br>պիտանելիության ժամկետ ունեցող |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | ապրանքների համար առնվազն՝<br>2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության<br>ժամկետ ունեցող ապրանքների<br>համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի<br>սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ<br>ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{HPC-ECXCTQF-26/5}$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 23         |                           |               |       |                               |                            |