

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
60	Անիոս Լաբորատորիաներ	Ստերանիոս	Անիոս Լաբորատորիաներ	Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 2%, հակակոռոզիոն հավելումներ, կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը -5 լիտր պոլիէթիլենային տարա, գործարանային փաթեթավորմամբ: Աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է: Լուծույթը կարելի է օգտագործել մասամբ` ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Ունի թեստ զուլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 6,0: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, Էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10 րոպե:

				Մանրեագերծման և սպորագերծման տևողությունը, 60 րոպե: Վտանգավորության աստիճանը 3-րդ, 4-րդ դաս: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի առկայություն: Ունի որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, երաշխավորված է Storz, Olympus, Fujinon, Pentex բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Участник УЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-18/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
60				