

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Արյան ճնշման ամենօրյա մոնիթորինգի սարք	Արյան ճնշման ամենօրյա մոնիթորինգի սարք	Արյան ճնշման ամենօրյա մոնիթորինգի սարք	Արյան ճնշման ամենօրյա մոնիթորինգի սարք	Ձեռքի ամբուլատոր արյան ճնշման մոնիտոր, որը նախագծված է ըստ օսցիլոգրաֆիայի տեսության: Սարքը պետք է անընդմեջ և դինամիկ կերպով վերահսկի մարդու մարմնի արյան ճնշումը մինչև 24-48 ժամ՝ ապահովելով ճշգրիտ հիմք ախտորոշման համար: Այն կիրառվում է հիվանդանոցներում: Ապրանքի առանձնահատկությունները. 1) Կոմպակտ և շարժական, օգտագործողի համար հարմար ինտերֆեյս, հեշտ օգտագործման համար, 2) Հիվանդի շրջանակը՝

մեծահասակ, մանկական 3) 24 ժամ
 ամբուլատոր NIBP մոնիտորինգի
 գործառույթ, մեկ անգամ կարելի է
 գրանցել ամբուլատոր NIBP
 տվյալների մինչև 350 խումբ: 4)
 Ավտոմատ և ձեռքով չափման
 մեթոդի կատարյալ համադրություն,
 5) Բարձր հստակության գունավոր
 TFT էկրան, ուժեղ տեսանելիություն,
 6) Տվյալների վերանայման
 միջերեսով, ինչպիսիք են
 «տվյալների ցուցակը», «միտման
 գրաֆիկը», «մեծ տառատեսակը», 7)
 Ցածր էներգիայի հոլշման, սխալի
 հաղորդագրության և ժամանակի
 ցուցադրում, 8) Չափման երկու
 տեսակի միավոր՝ mmHg / kPa, 9)
 Ցուցադրման ինտերֆեյս, որը կարող
 է փոխարկվել ռուսերենի, անգլերենի
 և այլ, 10) Պարամետրերի համար
 հրատապ գործառույթի
 սահմանաչափ, 11) Սարքը պետք է
 հաղորդակցվի համակարգչի հետ,
 ունենալով համապատասխան
 անվճար ծրագրակազմ:
 Գծապատկերի, հարաբերակցության
 գծի գրաֆիկի ցուցադրում: Ծրագրի
 օգնությամբ հասնել տվյալների
 վերանայման, ներբեռնելու NIBP

					չափման արդյունքները, չափված արդյունքների վերլուծության, միտումների գրաֆիկի դիտման, հաշվետվությունների տպագրության և այլ գործառնությունների: Խմբագրել NIBP տվյալների յուրաքանչյուր հատվածը: Խմբագրել հիմնական տեղեկատվությունը, NIBP կարգավիճակի ցուցումները այլն: Ծրագրային ալգորիթմների ճշգրտությունը պետք է համապատասխանի BHS-ին և AAMI-ին: Համաձայն ESH-IP, BHS և ANSI/AAMI/ISO ստանդարտների: 12) Սարքը պետք է ունենա պաշտպանիչ պատյան և որովայնի հատվածում կապելու հնարավորություն 13) Թևևոցի տեսակը մանկական և մեծահասակ 14) վերալիցքավորվող մարտկոց, 15) USB ինտերֆեյսի, 16) Հաշվետվությունների տպագրմանը և տպագրության նախադիտմանը: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված, ունենա որակի սերտիֆիկատ, երաշխիքային սպասարկումը՝ 12 ամիս, մատակարարումը , տեղադրումը և գործարկումը պետք է կատարարվի
--	--	--	--	--	---

					մատակարարի կողմից, երաշխիքային սպասարկման ընթացքում առնվազն 5 օրվա ընթացքում վերացնել անսարքություններն ամբողջությամբ իր միջոցների հաշվին
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22040404-000000000-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					