# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԱՅ ՎԻ ԷՖ ՍՏԱՐՏ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 15 | Ryttermarken 2, | Ryttermarken 2, | sparMED | sparMED | Կոնաձև հատակով փորձանոթ 15մլ,Նախատեսված է կիրառությունների լայն շրջանակի համար • Փորձարկվել է յուրաքանչյուր LOT-ի համար. - Մկնիկի սաղմի մեկ բջջային փուլի փորձարկում (MEA » 80% բլաստոցիստ) - Ոչ պիրոգեն, էնդոտոքսին (LAL « 0,03 ԵՄ/սարք) - Մարդու սերմնահեղուկի գոյատևումը և շարժունակությունը (SMI ≥ 0,75) Մակերեւութային մշակված տարբերակներ՝ կայուն հիդրոֆիլ մակերեսի համար Ստերիլության ապահովման |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | մակարդակ (ճառագայթում) 10-6 CE նշում՝ համաձայն 98/79/EC հրահանգի In Vitro-ի մասին Պատրաստված է USP VI դասի փորձարկված հումքից- Պոլիստիրոլ(PS) Վակուումային փաթեթավորում՝ քերծվածքներից խուսափելու համար - Կափարիչ՝ բարձր խտության պոլիէթիլեն (HDPE) Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО АИ-ВИ-ЕФ СТАРТ ЛАБОРАТОРИЯ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 15 | Ryttermarken 2, | Ryttermarken 2, | sparMED | sparMED | Пробирка с коническим дном, 15 мл, предназначена для широкого спектра применений. • Проверяется для каждой партии. - Анализ одноклеточной стадии развития эмбриона мыши (MEA » 80% бластоцист) - Пирогенная, без эндотоксинов (LAL « 0,03 EU/устройство) - Жизнеспособность и подвижность сперматозоидов человека (SMI ≥ 0,75) Варианты обработки поверхности для стабильной гидрофильной поверхности. Уровень гарантии стерильности (облучение) 10-6. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Маркировка CE в соответствии с Директивой 98/79/EC об испытаниях in vitro. Изготовлено из сырья, прошедшего испытания USP Class VI. - Полистирол (PS). Вакуумная упаковка для предотвращения царапин. - Крышка: полиэтилен высокой плотности (HDPE). Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ R ISO 13485 или эквивалентные. |