

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Գյուկոմետրի ստրիպներ Accu Chek Պերֆորմա	Գյուկոմետրի ստրիպներ Accu Chek Պերֆորմա	Գյուկոմետրի ստրիպներ Accu Chek Պերֆորմա	Խոֆման լյա ռոշ	Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Accu-Chek Performa գյուկոմետրի համար: Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն: Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոքիմիական: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ : Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8-44 °C : Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10-90%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝ 10-65%: Կալիբրացիա՝ համակարգը

				կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է ISTՀափորոշիչին:Ֆերմենտ`Mut. Q-GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ: Թեստերիզների ժամկետը` պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: CE0123 `տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դերեկտիվի չափորոշիչներին: Մասնակիցը կներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված ՀՀ տարածքում վաճառքի արտոնագիր (ավտորիզացիա): Հանձնման պահին ապրանքը կունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ , կլինի փակ, մի կողմից ռուսերեն մակնշմամբ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՍԳԼՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					