# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԱՁ Ռիտա Գասպարյան -ն ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | Գլյուկոմետրի ստրիպներ Accu Chek Պերֆորմա | Գլյուկոմետրի ստրիպներ Accu Chek Պերֆորմա | Գլյուկոմետրի ստրիպներ Accu Chek Պերֆորմա | Խոֆման լյա ռոշ | Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Accu-Chek Performa գլյուկոմետրի համար: Նմուշի տեսակը՝մազանոթային արյուն: Չափման մեթոդ՝էլեկտրոքիմիական: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ :Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8-44 °C :Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝10-90%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝ 10-65%: Կալիբրացիա՝համակարգը |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է ISTչափորոշիչին:Ֆերմենտ՝Mut. Q-GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ: Թեստ-երիզների ժամկետը՝ պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: CE0123 `տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դերեկտիվի չափորոշիչներին: Մասնակիցը կներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված ՀՀ տարածքում վաճառքի արտոնագիր (ավտորիզացիա): Հանձնման պահին ապրանքը կունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ , կլինի փակ, մի կողմից ռուսերեն մակնշմամբ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 9 | | | | | |