

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ԲԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Չիմեդ (ZIMEDE), Դաբլմեդիկալ (Double Medical)	Չիմեդ (ZIMEDE), Դաբլմեդիկալ (Double Medical)	1. Ազդրի դինամիկ պտուտակով հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են: Հարթակի դիստալ հատվածին լինում է՝ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 անցք: Դինամիկ պտուտակի տրամագիծը՝ 12մմ, երկարությունը՝ 60-110մմ (քայլը 2մմ): Անկյունը՝ 130 աստիճան: 2. Ազդրի հարթակ՝ Ս.Կ.-Դ.Կ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, հարթակի վրա լինում է 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք նախատեսված 4.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար: 3. Ազդրային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8 մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ազդրի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող ոսկրի անատոմիական առանձնահատկություններից՝ մեխի պահանջվող տրամագծերն են՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ: Կախված վիրահատվող ոսկրի կոտրվածքի բնույթից և դիրքից ՝ պահանջվող երկարություններն են՝ 320մմ,340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: 4. Ոլոքային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ոլոքի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող

		վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ,9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 260մմ,280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ: 5. Բազկի անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ բազկի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ,9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ: • Մատակարարված իմպլանտների հետ պետք է տրվեն դրանց տեղադրման գործիքների ամբողջական հավաքածուն (պատրաստված ինմլանտը արտադրողի կողմից), յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիություն: • Պարտադիր պայման է՝ արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: • Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/3-ի առկայություն: • CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն: • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, պատրաստված չժանգոտվող պողպատի կամ տիտանի համաձուլվածքից: • Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РРЧ-ЕЦХЦПЗР-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1			