

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
116	e/1 QC-2 Quality Control	e/1 QC-2 Quality Control	e/1 QC-2 Quality Control	Exias Medical	Որակի հսկման լուծույթ: Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 30 սրվակ /տուփ: Պահպանման պայմանները՝ 2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից

					տրված ուղեցույցի: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР94-ЕЦΔЦ72Р-26/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
116					