

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	բժշկական սարքերի հավաքածուներ	բժշկական սարքերի հավաքածուներ	բժշկական սարքերի հավաքածուներ	բժշկական սարքերի հավաքածուներ	Արտածծիչը օգտագործվում է հիմնական վիրաբուժական և այլ միջամտություններում: Այն պետք է լինի շարժական: Երկու աստիճանավորված յուրաքանչյուրը 2000 մլ տարողությամբ մակրոնոլ Նյութից պատրաստված բազմակի օգտագործման տարաների պարտադիր առկայություն; Տարաները օդաանթափանց պտուտակավոր կափարիչով; Անյուղ, սպասարկում չպահանջող շարժիչի առկայություն, առավելագույն արտածծումը 600մմ ս.ս., հոսքը՝ ոչ պակաս քան 50 Լ /

				<p>րոպե; Սարքը պետք է հագեցած լինի շարժիչի պաշտպանիչ կափարիչով, որն ամբողջովին կանխում է ներծծվող հեղուկների կամ արտանետումների պոմպի մեջ մտնելը; Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	բժշկական սարքերի հավաքածուներ	բժշկական սարքերի հավաքածուներ	բժշկական սարքերի հավաքածուներ	բժշկական սարքերի հավաքածուներ	Аспиратор используется при крупных хирургических и других вмешательствах. Он должен быть портативным. Обязательно наличие двух градуированных многоразовых контейнеров из макронола емкостью 2000 мл каждый; контейнеры с герметичными завинчивающимися крышками; наличие безмасляного, не требующего обслуживания двигателя, с максимальным диаметром всасывания 600 мм рт. ст., расходом не менее 50 л/мин; устройство должно быть

				<p>оборудовано защитным кожухом двигателя, полностью предотвращающим попадание отсасываемых жидкостей или стоков в насос; электропитание: 220 В, 50/60 Гц; полный комплект и принадлежности; установка и запуск; обучение персонала на месте; руководство пользователя на английском языке; оборудование должно быть новым, неиспользованным; полный комплект должен включать все необходимые дополнительные принадлежности для полноценной работы. Гарантия 12 месяцев; сертификаты качества (при наличии). - ISO13485 или эквивалент - маркировка CE (Директива 93/42/ЕЕС) или эквивалент</p>
--	--	--	--	---