

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	ВИЧ-Монитор-FRT	ВИЧ-Монитор-FRT	Amplisens	Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում ՄԻԱՎ 1-ի քանակական որոշման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է բաղկացած լինի 2 մասից՝ 1. վիրուսային ՆԹ-ների անջատման հավաքածուից, 2. Իրական ժամանակում ՄԻԱՎ-ի քանակական որոշման հավաքածուից: Հավաքածուն ծեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio- Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: Հայտնաբերման նվազագույն սահմանը 50 պատճեն/մլ: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1-204-100000000-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
55				