

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հեմոդիալիզի սարքավորում	Fresenius	4008S	Fresenius	Պահանջներ. Սարքը պետք է նախատեսված լինի հեմոդիալիզի անցկացման համար՝ ոչ պակաս քան ցածր թափանցելիությամբ (low flux) և բարձր թափանցելիությամբ (high flux) Մարտկոցի առկայություն Մեքենան պետք է ունենա մանրէների գտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա- ազդանշանների առկայություն Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման առկայություն Միզանյութի վրա հիմնված KT/V շարունակական

մոնիտորինգի հնարավորության
առկայությունն Խտանյութի սպասում
ռեժիմի առկայությունն Հեպարինի
համար ներարկիչ դիսպանսերի
առկայությունն Bicart կամ Bibag
պահիչի առկայությունն Բոլոր
սարքերի համար պետք է
մատակարարվեն արյան ճնշումը
չափելու մանժետոները
(ճարմանդները) Սարքի
ախտահանման և մաքրման
համակարգի առկայությունն Պետք է
ունենա ինտեգրված ջերմային
և/կամ քիմիական ախտահանման
հնարավորություն՝ ինչպես կարճ,
այնպես էլ երկար ախտահանման
ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային
գրաֆիկով Պետք է ունենա
դրենաժային համակարգ Պետք է
հնարավոր լինի մեքենան միացնել
համակարգչին Սնուցում. Սնուցում՝
220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և
պարագաներ Առաջարկվող սարքերը
պետք է նախատեսված լինեն երկու
կամ ավելի արտադրողների ISO
13485 կամ համարժեք և CE Mark
կամ համարժեք որակավորում
ունեցող պարագաների
(դիալիզատոր /հիվանդի

անհատական ֆիլտր, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ, ռեակտիվներ և այլն) կիրառման համար: Համակարգի տեղադրման և ստանդարտացման համար պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը պետք է տրվեն Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Տեղադրումը և մեկնարկը պետք է իրականացվեն սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Համալիրը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ջրի մաքրման համակարգի միացման համար, էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Ոչ պակաս քան 3 ամիսը մեկ անգամ մասնագետի կողմից համայց սարքավորումների ընդհանուր գործունեության ստուգման համար Երաշխիքային սպասարկման

ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում՝ ներառյալ անհրաժեշտ պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ Մատակարար ընկերությունը երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում պետք է ունենա մատակարարված սարքավորումների առավել հաճախ խափանվող դետալների պահեստամասերի որոշակի քանակություն խափանված սարքավորումների (բացառության հիմնական վերանորոգման) առավելագույնը 2 օրվա ընթացքում վերանորոգման նպատակով Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն Հայաստանում: Մատակարար ընկերությունը սարքավորման երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում պետք է ունենա հենողիալիզի սարքավորումների սպասարկում իրականացնող ոչ պակաս քան 2 հավաստագրված ինժեներ: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն

<p>Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>					<p>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով աստիճանով ընդունված փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 технические характеристики սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ</p>
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ					
предлагаемого товара					
представляет полное описание предлагаемого им товара.					
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>	
<p>1</p>					