

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆիդիար-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ	Հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ	Հիվանդների մոնիտորի լրակազմ: Հիվանդների մոնիտոր Էկրանի չափը ոչ պակաս քան 15'' , գունավոր հպումային, LCD: Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են` EУԳ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2: NIBP ռեժիմում ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն: EУԳ/ համաձայն IEC 60601-2-27:2012: Ուղիները` 3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V: Ցուցադրամս գգայունությունը` Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0), 40mm/mV(x4.0) Ուժեղացման ընթություն ` առնվազն x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto Sweep Speed (mm/s)` 12.5, 25, 50: Նվազագույն թողունակությունը դիագնոստիկ ռեժիմում` 0.05-100 Hz, մոնիտորինգ ռեժիմում` 0.5-40 Hz, վիրաբուժական ռեժիմում` 1-25 Hz, ուժեղ ռեժիմում` 5-20 Hz: Սրտի զարկերի նվազագույն միջակայքը bpm` Մեծահասակների դեպքում` 15-300 bpm, Մանկական և Նորածին` 15-350 bpm: RESP Մեթոդը` Տրանս-տորակալ բիո-իմպենդանս Միջակայքը` Lead RA-LA, RA-LL, LA-RL,LL-RL: Նվազագույն չափման միջակայքը` 0-120 rpm, Սկանավորման արագությունը առնվազն (mm/s)` 6.25, 12.5, 25: SPO2

/համաձայն ISO 80601-2-61:2017: Չափման միջակայքը՝ 0-100%,
 Ճշգրտությունը (70-100%) / Մեծահասակ/մանկական - ± 2 % -նորածին՝ ± 3 %: Պերֆուզիան ինդեքս՝ 0.05-20 % Չարկերակային պուլսի նվազագույն
 միջակայքը (bpm) - 25-250: NIBP Մեթոդը՝ Ավտոմատ օսցիլոմետրիկ
 Գործարկամ ռեժիմները՝ Manual / Auto / STAT: Չափման ինտերվալը
 ավտոմատ ռեժիմում 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480min:
 Պարամետրներ՝ Systolic, Diastolic, Mean: Նվազագույն սիստոլիկ միջակայք
 (mmHg)՝ -Մեծահասակ - 30-280 -Մանկական- 30-230 -Նորածնային- 30-145:
 Նվազագույն դիաստոլիկ միջակայք (mmHg)՝ մեծահասակ՝ 10-220,
 մանկական՝ 10-165, նորածնային՝ 10-105: Միջին միջակայք(mmHg)՝
 Մեծահասակ 10-240, Մանկական 10-175, Նորածնային 10-115: TEMP /
 համաձայն ISO 80601-2-56:2018: Միջակայք ՝ 0-50 °C (41 to 122 °F)
 Պարամետրներ ՝ T1, T2 և TD: Հիվանդների մոնիտորի հետ ներկառուցված
 տպիչի առկայություն: Մարտկոցով աշխատանքի տևողությունը՝ առնվազն 5
 ժամ Լրակազմն իր մեջ պետք է ներառի նաև՝ բազմակի օգտագործման
 Reusable SpO2 սենսոր - 1 հատ, SpO2 երկարացման մալուխ - 1 հատ,
 5-կապար EUG մալուխ - 1 հատ, Մեծահասակների համար նախատեսված
 NIBP բազմակի օգտագործման մանժետների հավաքածու - 1 հատ, Կրկնակի
 օգտագործման NIBP մանկական բռունցքների հավաքածու - 2 հատ,
 Միանգամյա օգտագործման NIBP նորածնային բռունցքների հավաքածու -1
 հատ, Կրկնակի օգտագործման մանկական մաշկի ջերմաստիճանի ցուցիչ -1
 հատ, NIBP երկարացման խողովակ 2,5 մ - 1 հատ, Կրկնակի օգտագործման
 ջերմաստիճանի զոնդ - 1 հատ, Ուղեկցող ձեռնարկ՝ առնվազն անգլերեն
 կամ ռուսերեն լեզուներով: Բոլոր սահմանված սարքավորումները միասին
 կազմում են հիվանդի կարդիոմոնիտորինգային լրակազմի անբաժանելի
 մաս և պետք է մատակարարվեն, տեղադրվեն և կարգաբերվեն վաճառողի
 կողմից որպես բնութագրով սահմանված միասնական լրակազմ:
 Հիվանդների կարդիոմոնիտորինգային լրակազմի և նրա սպասարկման
 համար սահմանվում է առնվազն 365 օրացուցային օր երաշխիքային

		Ժամկետ՝ համակարգը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, կարգաբերումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելու) օրվա հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ: Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, չլինի վերաթողարկված (not refurbished): Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը: Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФИДАР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-ECXCTQPC-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3			