

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	SYNERGY™ XD	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Կորոնար դեղապատ ստենտ, նյութը քրոմի-պլատինիումի համաձուլվածք պոլիմերային ծածկույթով, դեղանյութը՝ Էվերոլիմուս, դեղաչափը՝ 1μg/մմ², կոնստրուկցիան՝ լազերով կտրված հիպոխողովակ, ճաղերի հաստությունը՝ 81μm, ճաղերի լայնքը՝ 94μm, կատարելագործված առաքման համակարգով՝ 144սմ երկարությամբ, ցածր մոլտքային պրոֆիլ՝ 0,44մմ, ինչը ապահովում է անոթների վնասված և նեղ հատվածներով հեշտ անցումը, հետդիլատացիան 3,50մմ՝ 2,25-2,75

				ստենտերի համար; 4,25մմ՝ 3,00-3,50մմ ստենտերի համար; 5,75մմ 4,00մմ ստենտերի համար: Ստենտի չափերը՝ -2,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ: -2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ, յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 48մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР94-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	SYNERGY™ XD	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Կորոնար դեղապատ ստենտ, նյութը քրոմի-պլատինիումի համաձուլվածք պոլիմերային ծածկույթով, դեղանյութը՝ Էվերոլիմուս, դեղաչափը՝ 1μg/մմ², կոնստրուկցիան՝ լազերով կտրված հիպոխողովակ, ճաղերի հաստությունը՝ 81μm, ճաղերի լայնքը՝ 94μm, կատարելագործված առաքման համակարգով՝ 144սմ երկարությամբ, ցածր մոլտքային պրոֆիլ՝ 0,44մմ, ինչը ապահովում է անոթների վնասված և նեղ հատվածներով հեշտ անցումը, հետդիլատացիան 3,50մմ՝ 2,25-2,75

				ստենտերի համար; 4,25մմ 3,00-3,50մմ ստենտերի համար; 5,75մմ 4,00մմ ստենտերի համար: Ստենտի չափերը՝ -2,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ: -2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 48մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երա շխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--