

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	IPG DR	IPG DR	IPG DR	Medtronic	Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք իր պարագաներով, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Չափսերը՝ ոչ ավելի քան 44.7մմ x 47.9մմ x 7.5մմ, զանգվածը ոչ ավել, քան 27.1 գ; ծավալը ոչ ավել, քան 12.1 սմ3, մարտկոցի տիպը՝ լիթիում-յոդ, Լարումը՝ 2.8Վ; կոնսեկտորի տիպը՝ IS-1 BI/UNI.:Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 11.4 տարի (DDDR 60 գ/ր ռեժիմի, 100% ստիմուլյացիայի, փորոքայինը՝ 2.0Վ, նախասրտայինը՝ 1.5Վ, իմպուլսի լայնությունը՝ 0.4 մվ, 1000 իմպեդանս ռեժիմի դեպքում); Երկու

					խցիկում էլ ստիմուլյացիայի շեմերի մշտական ավտոմատ կառավարում, Կառավարելի փորոքային ստիմուլյացիա (ԿՓՍ) ֆունկցիայի առկայությունն ապահովում է ԱՎ ուշացման որոնման ֆունկցիայի առկայություն՝ սա ծրագրավորվող ֆունկցիա է, նախատեսված պացիենտի սպոնտան ԱՎ անց կացման ժամանակի որոշման եւ DAB ու CAB ինտերվալների փոփոխման համար, փորոքների սպոնտան ակտիվացիայի ապահովման եւ արագ նախասրտային կծկումներին հետեւելու համար: Ավտոմատ հետփորոքային հետնախասրտային ռեֆրակտ ժամանակամիջոցի (ՀՓՀՌԺ) առկայություն – ֆունկցիան նախապաշտպանում է էլեկտրոստիմուլյատորով ինդուկցված տախիկարդիայից, եւ ապահովում է բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, միջին նախասրտային հաճախականությունից ելնելով: Ֆունկցիան բարելավում է էլեկտրոստիմուլյատորով
--	--	--	--	--	--

ինդուկցված տախիկարդիայից պաշտպանությունը, երկարացնելով ՀՊՀՌԺ-ն սինխրոնիզացիայի նվազ հաճախականությամբ, ապահովելով բլոկադայի հաճախականության հարաբերակցությունը 2:1 ավելի, ավելի բարձր հաճախականության ժամանակ կարճացնելով ՀՊՀՌԺ-ն եւ ԴԱԲը (անհրաժեշտության դեպքում): Խթանման ռեժիմները՝ AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOD, AOO, ODO, OVO, OAO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր; Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն: Կիրառելի կլինիկայում առկա Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Անհրաժեշտ է սարքերի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում

					մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ կներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Վաճառողը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1.յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև
--	--	--	--	--	---

					իրականացնել առցանց ախտորոշում: 2.արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3.արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով,
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ԳԿ-ԷԱԶԳ ՊԶԲ-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара					

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
55	IPG DR	IPG DR	IPG DR	Medtronic	-