

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
153	ROTAPRO™	ROTAPRO համակարգ	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Ռոտացիոն աթերեկտոմիայի համակարգ, որը նախատեսված է արագ պտտվող աթերեկտոմիայի մեթոդով քրոնիկական խցանումների ոչնչացման համար: Ներառում է՝ - 1 հատ - Վահանակ (Rotapro Console Kit), որը կարգավորում է օդի հոսքը դեպի կառավարման սարք, վերահսկելով գայլիկոնի պտտման արագությունը, ինչպես նաև հետևում և ցուցադրում է պտտման արագությունը և աթերեկտոմիայի ընթացքի ժամանակը: Գործում է ինչպես ազոտի, այնպես էլ սեղմված օդի միջոցով, ունի վառ թվային էկրան, դանդաղեցման ցուցիչ, պարզեցված միացումներ, սեղմակ ստենդի վրա IV Ներարկումների համար; աշխատանքային լարումը՝ 100-240V; հաճախականությունը՝ 50-60 հց; հզորությունը՝ 70Վտ; գործող ճնշումը՝ 620,5 կՊա - 758,4 կՊա; պտտման

				արագությունը՝ 190 000 պտ/րոպե; քաշը՝ ոչ ավել քան 3,6 կգ: - 6 հատ գայլիկոնի գլխիկներ (Rotapro Pre-Connected Burr and Advancing Device : Դիզայնը՝ ադամանդե ծածկով, աշխատանքային մակերեսը ծածկված է 2000-3000 միկրոսկոպիկ բյուրեղներով՝ 20 միկրոն չափերով, որոնք դուրս են գալիս նիկելի հիմքից 5 մկմ: Առկա չափերը՝ 1,25մմ; 1,50մմ; 1,75մմ; 2,0 մմ; 2,15 մմ; 2,25 մմ; 2,38 մմ; 2,5 մմ (ըստ պատվիրատուի պահանջի): - 8 հատ ուղղորդիչ (RotaWire), երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 330 սմ; ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 2,2 սմ, 2,8 սմ; զսպանակի ծայրի տրամագիծը՝ ոչ ավելի, քան 0,009"; ծայրի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 0,014": Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորման: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների լուծումը իրականացվելու է մատակարարի կողմից: Հավաքածույում ներառված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն մեկ արտադրողի արտադրության: Սարքը տեղադրելուց հետո բերվում է վերջնական աշխատանքային վիճակի: Համապատասխանում է միջազգային որակի ստանդարտներին (Declaration of conformity, Certificate of Free sale- CFG / CFS):
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-6-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
153	-	-	-	—