

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
54	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Կախված վիրահատվող անոթի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետեր 4Fr կամ 5Fr տրամագծով, հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Արտաքին շերտը ռենտգենոկոնտրաստ պոլիուրետանից է, ներքին մասի ծածկույթը՝ նեյլոնից: Աշխատանքային մասը ոչ պակաս, քան՝ 40սմ: Կաթետերի երկարությունը՝ 100սմ-ից 150սմ: Ներքին տրամագիծը 0.0405" / 1.03 մմ-ից մինչև 0.0472" / 1.20 մմ : Կախված վիրահատվող անոթի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից ծայրի ձևը՝ Straight, Angle,Cobra 1 (C1),Cobra 2 (C2),J-Tip, Yashiro,Simmons 1 (SIM1),Simmons 2 (SIM2),Simmons 3 (SIM3),Headhunter,Berenstein 1 (BERN1),Berenstein 2 (BERN2),Multi-Purpose , Vertebral տիպերի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է,

				չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
54	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Կախված վիրահատվող անոթի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետեր 4Fr կամ 5Fr տրամագծով, հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Արտաքին շերտը ռենտգենոկոնտրաստ պոլիուրետանից է, ներքին մասի ծածկույթը՝ նեյլոնից: Աշխատանքային մասը ոչ պակաս, քան՝ 40սմ: Կաթետերի երկարությունը՝ 100սմ-ից 150սմ: Ներքին տրամագիծը 0.0405" / 1.03 մմ-ից մինչև 0.0472" / 1.20 մմ : Կախված վիրահատվող անոթի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից ծայրի ձևը՝ Straight, Angle, Cobra 1 (C1),Cobra 2 (C2),J-Tip, Yashiro,Simmons 1 (SIM1),Simmons 2 (SIM2),Simmons 3 (SIM3),Headhunter,Berenstein 1 (BERN1),Berenstein 2 (BERN2),Multi-Purpose , Vertebral տիպերի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է,

				չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ծնով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության Ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---