

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
73	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Հեմոստատիկ փականով ինտրադյուներ հավաքածու: Ունի անբասիր ճկունություն և մանևրելիություն: Ռադիոթափանցիկ մարկերների շնորհիվ ամրացված թաղանթը հստակ տեսանելի է պրոցեդուրաների ընթացքում և հիանալի դիրքավորված է: Կախված վիրահատող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից լիսեռի չափը՝ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr: Կախված վիրահատող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող երկարությունը՝ 450մմ,: Անգիոգրաֆիկ ասեղի երկարությունը՝ 18G: Առաջարկվող ուղղորդիչը ՝ 0,35'': Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է

				տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
73	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Հեմոստատիկ փականով ինտրադյուներ հավաքածու: Ունի անբասիր ճկունություն և մանևրելիություն: Ռադիոթափանցիկ մարկերների շնորհիվ ամրացված թաղանթը հստակ տեսանելի է պրոցեդուրաների ընթացքում և հիանալի դիրքավորված է: Կախված վիրահատող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից լիսեռի չափը՝ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr: Կախված վիրահատող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող երկարությունը՝ 450մմ,: Անգիոգրաֆիկ ասեղի երկարությունը՝ 18G: Առաջարկվող ուղղորդիչը՝ 0,35'': Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է

				տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--