

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
76	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Ուղղորդիչ լարի առանցքը նիտինոլից է: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Ուղղորդիչ լարի դիստալ հատվածի երկարությունը՝ 25սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող ծայրի ճկուն մասի երկարությունն է՝ 1 սմ (0,014";0,018") և 5 սմ (0,035"), ձևը՝ ուղիղ կամ անկյունային: Ծայրը առավել դժվար ենթարկվում մոդելավորման և մեխանիկական ազդեցությունների: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունն է՝ 180սմ, 260սմ, 300սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսերն են ըստ տրամագծի՝ 0.014"(0.36մմ+0.02մմ),

				0.018"(0.46մմ+0.02մմ), 0.035" (0.89 մմ+0.01մմ): CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
76	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Ուղղորդիչ լարի առանցքը նիտինոլից է: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Ուղղորդիչ լարի դիստալ հատվածի երկարությունը՝ 25սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող ծայրի ճկուն մասի երկարությունն է՝ 1 սմ (0,014";0,018") և 5 սմ (0,035"), ձևը՝ ուղիղ կամ անկյունային: Ծայրը առավել դժվար ենթարկվում մոդելավորման և մեխանիկական ազդեցությունների: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունն է՝ 180սմ, 260սմ, 300սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսերն են ըստ տրամագծի՝ 0.014"(0.36մմ+0.02մմ),

				0.018"(0.46մմ+0.02մմ), 0.035" (0.89 մմ+0.01մմ): CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---