

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
94	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Թորակալ դրենաժ 18 Fr ուղիղ: Թերմոպլաստիկ բժշկական ՊՎԶ-ից դրենաժ, լատեքս և ֆտալատ չպարունակող, ապիրոգեն, նախատեսված խոռոչից հեղուկի և օդի հեռացման համար: ՈԲՆի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և տեղադրման խորության վերահսկման սանտիմետրային սանդղակ 2 սմ քայլով, հարթ, կորացված ծայր, դիստալ և կողմնային անցքեր: Պրոքսիմալ հատվածում առկա է բժշկական ՊՎԶ-ից պատրաստված կոնաձև լեզվակային միակցիչ հուսալի ֆիքսման և սահուն տեղադրման համար, ինչպես նաև բժշկական ABS-ից միակցիչ: Երկարությունը 45սմ: Չափսը 18Fr.: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Տեխնիկական պարամետրերի և

				օգտագործման կանոնների գործարանային ձեռնարկի առկայություն: Որակի միջազգային վկայականներ. 1. ISO 13485 2. EU 2017/745 (MDR)" կամ համարժեք:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
94	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Թորակալ դրենաժ 18 Fr ուղիղ: Թերմոպլաստիկ բժշկական ՊՎԶ-ից դրենաժ, լատեքս և ֆտալատ չպարունակող, ապիրոզեն, նախատեսված խոռոչից հեղուկի և օդի հեռացման համար: ՈԲՆի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և տեղադրման խորրության վերահսկման սանտիմետրային սանդղակ 2 սմ քայլով, հարթ, կորացված ծայր, դիստալ և կողմնային անցքեր: Պրոքսիմալ հատվածում առկա է բժշկական ՊՎԶ-ից պատրաստված կոնաձև լեզվակային միակցիչ հուսալի ֆիքսման և սահուն տեղադրման համար, ինչպես նաև բժշկական ABS-ից միակցիչ: Երկարությունը 45սմ: Չափսը 18Fr.: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազը 50%-ի առկայություն: Տեխնիկական պարամետրերի և

				օգտագործման կանոնների գործարանային ձեռնարկի առկայություն: Որակի միջազգային վկայականներ. 1. ISO 13485 2. EU 2017/745 (MDR)" կամ համարժեք:
--	--	--	--	--