

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
156	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի SPO2 /պուլսօքսիմետրիայի/ մալուխ-կաբել և տվիչ: Պուլսօքսիմետրիայի մալուխը և տվիչը պարտադիր համատեղելի են E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ գործարանային ստանդարտ միակցիչով: Մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2.5 մ: Մալուխը դիմացկուն է ախտահանիչ նյութերի ազդեցությանը: Տվիչի տեսակը՝ մատնային (finger clip): Կիրառելի է մեծահասակների համար: Տվիչը դիմացկուն է բազմակի ախտահանման նկատմամբ (reusable sensor): Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը

				տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Մալուխը և տվիչը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
156	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի SPO2 /պոլսօքսիմետրիայի/ մալուխ-կաբել և տվիչ: Պոլսօքսիմետրիայի մալուխը և տվիչը պարտադիր համատեղելի են E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ գործարանային ստանդարտ միակցիչով: Մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2.5 մ: Մալուխը դիմացկուն է ախտահանիչ նյութերի ազդեցությանը: Տվիչի տեսակը՝ մատնային (finger clip): Կիրառելի է մեծահասակների համար: Տվիչը դիմացկուն է բազմակի ախտահանման նկատմամբ (reusable sensor): Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը

				տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Մալուխը և տվիչը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	--