

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ֆիրմայի անվանումը	Ապրանքային նշան	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	Մեքենան պետք է ունենա ացեթատային, բիկարբոնատային, հաջորդական դիալիզի (մեկուսացված ուլտրաֆիլտրավորում) հնարավորություններ:Մեքենան պետք է լինի ծրագրային ապահովման թարմացման հնարավորությամբ և կապակցված հիվանդների տվյալների կառավարման համակարգի հետ Արյան պոմպը պետք է աշխատի ոչ պակաս քան 15-ից մինչև 600 մլ/րոպե և համապատասխանեցված լինի ստանդարտ A -V արյան

					հոսքագծերին, ինչպես նաև աշխատի նույնիսկ ջրի կամ դիալիզային հոսքի բացակայության դեպքում: Տեխնիկական մասնագրեր՝ Պետք է ունենա սովորական և բարձր հոսքային դիալիզի հնարավորություն: Մեքենան պետք է ունենա մանրէների գտիչ (պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր: Ռեգերվային մարտկոցի առկայություն՝ էքստրակորպորալ արյան շրջանառությունը ժամանակավոր ապահովելու նպատակով : Պետք է ունենա Na և ուլտրաֆիլտրավորման պրոֆիլավորում: Դիալիզատի ջերմաստիճաններն ընտրվեն 35-ից 39oՑ աստիճան տիրույթում: Փոփոխական հաղորդունակությունը ոչ պակաս քան 12.8 ից մինչև 15.7 : Պետք է ունենա տարբեր դիալիզային հոսքերի հնարավորություն՝ ոչ պակաս, քան 300-ից 800 մլ / մթ, ինչպես նաև պետք է ունենա 100 մլ-ով ավելացնելու հնարավորություն կամ ավտոմատ հոսք: Հեպարինի պոմպը մինչև 50 մլ ներարկիչի ծավալով,
--	--	--	--	--	---

					պումպի հոսքի արագությունը 0.1-ից մինչև 10 մլ / ժամ (0.1 մլ քայլով): Ընտրելի ՍԲ արագություն՝ 0,00 լ/ժ մինչև առավելագույն արագություն: Ներքին կարգավորվող առավելագույն արագություն մինչև 1, 2, 3 կամ 4 լ/ժ: Հեղուկի մուտքի և ելքի միացումն առանձնացված է: Մոնիտորին բուժման բոլոր պարամետրերի և գրաֆիկական և թվային ձևով սցուցադրում: Պետք է ունենա ինտեգրված ջերմային և քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային գրաֆիկով: Պետք է ունենա խառնիչ տեխնիկայի հաղորդունակության ճշգրիտ վերահսկողության հետադարձ կապի : Պետք է ունենա դրենաժային համակարգ: Պետք է ունենա ուլտրաֆիլտրավորման հոսքի ճշգրիտ վերահսկողություն՝ ծավալի հսկողության չափման տեխնիկայի կիրառմամբ: Լրացուցիչ հնարավորություններ, ինչպիսին է քլորենսի սառցանց մշտադիտարկումը (մոնիտորինգը) :
--	--	--	--	--	--

						Ներկայացվող կարևոր տվյալներ՝ մեքենան ցանկացած պահի օգտագործվի առանց տվյալների անընդմեջ մուտքի: Ավտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն: Ավտոմատ միացման/անջատման հնարավորության առկայություն: Սենսորային էկրանի և մեծ գունավոր TFT դիսպլեյի առկայություն: Անսարքության ավտոմատ ախտորոշում՝ ընթացքում սխալներն առցանց հայտնաբերելու և ցուցադրելու հնարավորությամբ (տեխնիկական սպասարկման ռեժիմում): Մեքենան կարող է միացված լինել համակարգչին՝ տվյալների թարմացման համար և խնդիր առաջանալիս վերջինս վերացնելու նպատակով: Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման, արյան արտահոսքի, օդային արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի
--	--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР44-ЕДЗД/12P-26/14 ниже представленное полное описание предлагаемого им товара.					ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշան: Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման կազմակերպում՝ ներկառուցված սարքի միջոցով էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու դիալիզի դոզայի (KT / V) չափման և մոնիտորինգի համար: Ստուգում՝ 220 ից 240 Վ / 50 Հց : Առաջարկվող սարքերը պետք է նախատեսված լինեն արևմտյան ինտերնացիոնալ տեխնիկական հատկություններով՝ ISO 13485, CE Mark, Գրանցում ԵՏՄ-ի որևէ երկրում, կամ համարժեք երկու կամ ավելի պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) կիրառման համար: Ստանդարտներ (վաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ): Ներառի ծախսանյութ 100 դիալիզի սեանսի համար: Արտադրողի վկայական ISO13485 կամ համարժեք,Սարքի CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք: 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված
Номер лота			Предлагаемый товар		սարքերը պետք է նախատեսված լինեն արևմտյան ինտերնացիոնալ տեխնիկական հատկություններով՝ ISO 13485, CE Mark, Գրանցում ԵՏՄ-ի որևէ երկրում, կամ համարժեք երկու կամ ավելի պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) կիրառման համար: Ստանդարտներ (վաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ): Ներառի ծախսանյութ 100 դիալիզի սեանսի համար: Արտադրողի վկայական ISO13485 կամ համարժեք,Սարքի CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք: 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

					մասնագետի կողմից Տեղադրման աշխատանքների կատարում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Ապրանքնորը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում
--	--	--	--	--	---