

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՆԴՈՍ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	EnSite X EP System Catheter Connector Cable	EnSite X EP System Catheter Connector Cable	Abbott (St. Jude Medical)	Մալուխ, որը նախատեսված է HD Grid ախտորոշիչ կաթետրը և Advisor VL կաթետրը Ensite X համակարգի ամփոփայերին միացնելու համար, երկարությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 3.55 մ, 22 ոտիկով (Pin), ունենա վերաօօգտագործման հնարավորություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кудос в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ECXCTQF-26/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	-	-	-	-