

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Սարգիս Շախբանդարյան -ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային	MERIL	MERIL	MERIL Healthcare Pvt.Ltd	Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային - պատրաստման սյուլթը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը տրաբեկուլյար տիտան՝ MWPE ներդիրները բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ Էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովվում է պահպանում և պտտման կայունություն: Ունի առնվազն 16 չափ՝ 40մմ-70մմ արտաքին տրամագծով, 3 քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակով: Բոլոր կոմպոնենտները

				պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

« Саргис Шахбандарян» ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-13
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային	MERIL	MERIL	MERIL Healthcare Pvt.Ltd	Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային - պատրաստման սյուլը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը տրաբեկուլյար տիտան՝ MWPE ներդիրները բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ Էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովվում է պահպանում և պտտման կայունություն: Ունի առնվազն 16 չափ՝ 40մմ-70մմ արտաքին տրամագծով, 3 քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակով: Բոլոր կոմպոնենտները

				պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	--	---