

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիմվանտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Sonoscape	Sonoscape E3	E3	Sonoscape Medical Corp.	Շարժական (portable) ուլտրաձայնային դոպլեր համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են՝ ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային գուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ պատկերավորումները, ադմուլկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: . Կիրառման

					ոլորտներ. Ընդհանուր սոնոգրաֆիա, որովայնային, սրտաբանական, տրանսկրանիալ և անոթների հետազոտություններ: . Ցուցադրման Էկրան. Բարձր թողունակության գունավոր հեղուկ-բյուրեղային՝ 15,6 դոլյմ Մոնիտորի առաջ թեքման անկյունը՝ 0-45 աստիճան . Ներկառուցված մարտկոց 1,5 ժամ առանց հոսանք աշխատանքի համար . Համակարգի քաշը, ներառյալ մարտկոցները՝ 6,5կգ . Սկանավորման մեթոդներ՝ Էլեկտրոնային կոնվեքս, Էլեկտրոնային գծային, Էլեկտրոնային սրտաբանական ֆազային. . Պատկերման ռեժիմներ՝ ավելի 2D (B ռեժիմ), B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, M-ռեժիմ, իմպուլս ալիքային ռեժիմ PW, անընդհատ ալիքային դոպլեր CW, գունավոր դոպլեր (CDI), հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ ռեժիմ (THI/PHI), Էներգետիկ դոպլեր և ուղղորդված Էներգետիկ դոպլեր պատկերավորում (PDI/DPDI), Հյուսվածք-կախյալ պատկերավորում (TSI), տրապեցանման պատկերավորում: .
--	--	--	--	--	---

					Յուլցադրման ռեժիմների համակցում. "256 մոխրագույնի մակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CDI, B + PDI, B + M, B + PW, B + CW, B + CDI + PW, B + CDI + CW, B + PDI + PW, B + PDI + CW" . Հարմոնիկ պատկերավորում - բոլոր տվիչների հետ ակտիվացման հնարավորություն. Յուլրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուլրաքանչյուր ռեժիմի համար երեք ընտրովի հաճախականություններ: . Անհատական ռեժիմներում պատկերի ստացման ալգորիթմի օպտիմալացման և ադմուկի նվազեցման հնարավորություն . Անատոմիական կառուցվածքների հայտնաբերումը բարելավելու համար օպտիմալացման առկայություն . Տվիչի միաժամանակ միացման համար ակտիվ կոնեկտոր անմիջապես ՈւՁ համակարգի վրա`</p> <p>3 . Պատկերի ձևաչափը.</p> <p>Ամբողջական, բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև / ներքևի պատկերավորում . B ռեժիմ. .</p> <p>Ուլտրաձայնի ուժեղացում` կարգավորվող . Խորությունը` 40 սմ . Պատկերի խոշորացում` 10 անգամ .
--	--	--	--	--	--

Դինամիկ տիրույթը՝ 300 դբ .
 Հյուսվածքային պատկերավորման
 օպտիմիզացիայի 4 տեսակ (օրինակ
 ՝ ճարպ, մկան, հեղուկ, նորմալ) .
 Ավտոմատ օպտիմալացման
 առկայություն . Իմպուլս-ալիքային
 ռեժիմում արագության միջակայք՝
 0,01-12 մ / վ . PRF
 հաճախականություն՝ 1-16ԿՀց .
 Դիրքի և ծավալի կարգավորում
 իմպուլս ալիքային դոպլերի համար՝
 0,8-20 մմ . Անընդհատ-ալիքային
 դոպլեր ռեժիմում արագության
 միջակայք՝ 0,01-42 մ/վ . PRF
 հաճախականություն՝ 1-50ԿՀց .
 Չափումներ և հաշվետվություններ.
 Բոլոր ստանդարտները B, M և
 դոպլեր ռեժիմներում .
 Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը ՝ 220Վ
 / 50Հց Տվիչների լրակազմ. .
 Էլեկտրոնային կոնվեքս.
 Հաճախականությունը, 1-ից 7 ՄՀց
 Բացվածքը ՝ 50 մմ . Էլեկտրոնային
 սրտաբանական.
 Հաճախականությունը՝ 1-ից 6 ՄՀց
 Բացվածքը՝ 25 մմ Սարքավորման
 տեղադրում և անձնակազմ
 ուսուցում վերապատրաստված
 մասնագետի կողմից: Առաջարկվող

					սարքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունի արտադրողի 1 տարվա պաշտոնական երաշխիք: Սարքը արտադրված է մատակարարումից ոչ շուտ, քան 2 տարի առաջ: Մատակարարը ապահովում է սարքավորման տեղադրումը: ISO13485; MDR (2017/745 directive)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПЗ-ЕУХУПЗЕ-26/27 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					