

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՍ ՍԵՂԻՔԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	Contour Plus	Contour Plus	Contour Plus (N50)	ASCENSIA Diabetes Care	Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար (N50) Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրաքիմիական Չափման միջակայք՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատված՝ 5 վրկ Արյան ծավալ՝ 0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10% - 93%Գործառնական բարձրություն՝մինչ և 6300մ ծովի մակարդակից Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում

				30վ.ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance)Տվյալների փոխանցում համակարգչին՝ USB լարի օգնությամբ Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից:Ճշգրտություն՝համակարգը համապատասխանում է ISO 15197, ISO 13485 չափորոշիչների պահանջներին Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր:Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ,ռուսերեն մակնշմամբ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЧ-БЦХЦЩЗР-26/17
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35					