

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Kent Scientific RoVent RV-04	Kent Scientific	RoVent RV-04	Kent Scientific	Թոքերի արհեստական օդափոխման ավտոմատ համակարգ, ծավալի և ճնշման կարգավորմամբ: Նախատեսված մկների և առնետների համար՝ 3-1250 գրամ քաշով: Ինտեգրված սենսորային Էկրանի առկայություն, որը իրական ժամանակում կարող է միաժամանակ ցուցադրել թվային ցուցմունքներ, գրաֆիկներ կամ երկուսը համատեղ: . Կառավարման ռեժիմներ՝ ծավալի և ճնշման կառավարմամբ . I:E հարաբերակցություն՝ 1:1-ից մինչև 1:5 . Օդի ճնշում՝ 2- 30 սմ .

Շնչառության հաճախականության
 միջակայք՝ 20- 400 զարկ/րոպե .
 Առավելագույն ներշնչման հոսք՝ 1.5
 SLPM . USB միջոցով թվային
 տվյալների արտահանման
 հնարավորություն . Ջերմաստիճանի
 կառավարման և հոմեոթերմիկ
 կառավարման մոդուլ . Օպերատիվ
 ջերմաստիճանային տիրույթ՝ –40 °C-
 ից մինչև 80 °C . Սարքի անխափան
 աշխատանքի համար
 նախատեսված բոլոր անհրաժեշտ
 պարագաները: Սարքի կողմից
 ապահովվող գործառույթներ և
 պարամետրեր .Ծավալային
 վենտիլացիա (Volume-controlled
 ventilation) .Ճնշմամբ վենտիլացիա
 (Pressure-controlled ventilation)
 .Պոլսային վենտիլացիայի ռեժիմ .
 PEEP – դրական ճնշում
 արտաշնչման վերջում (Positive End-
 Expiratory Pressure) . Assist ռեժիմ
 (օժանդակ/սինխրոն շնչառություն) .
 Sigh շնչառություն – ավտոմատ
 խորը շունչ . I:E հարաբերակցության
 կարգավորում
 (ներշնչում/արտաշնչում) .
 Շնչառական ծավալի (Tidal Volume)
 չափում և վերահսկում . Ավտոմատ

					կարգավորման ռեժիմ (Auto set-up) . Սահմանաչափերի (Limits) կարգավորում . Օգտագործողի պրոֆիլների ստեղծում և պահպանում . Չգույացումների համակարգ՝ շնչառական պարամետրերի սահմանաչափերի հիման վրա . Trigger մուտք՝ արտաքին կամ ներքին սինխրոնիզացիայի համար . Անալոգային ելք . Թվային ելք . Սինխրոնիզացիայի ելք (Sync out) . ADI ինտեգրում (կենսաբանական տվյալների գրանցման համակարգերի հետ համատեղելիություն) . Տվյալների արտահանում (Data output) . Ներքին տվյալների գրանցում (Internal data logging) . Իրական ժամանակի ժամացույց (Real-Time Clock) . Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ և հոմեոթերմիկ վերահսկման մոդուլի աջակցում Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում վերապատրաստված մասնագետի կողմից: Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և
--	--	--	--	--	---

					ունենա արտադրողի առնվազն 1 տարվա պաշտոնական երաշխիք: Սարքը պետք է արտադրված լինի մատակարարումից ոչ շուտ, քան 2 տարի առաջ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման տեղադրումը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БГЗ-БДХЦПЗР-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Kent Scientific RoVent RV-04	Kent Scientific	RoVent RV-04	Kent Scientific	Автоматическая система искусственной вентиляции легких с регулированием объема и давления. Предназначена для мышей и крыс весом от 3 до 1250 грамм. Имеет встроенный сенсорный экран, который может одновременно отображать цифровые показания, графики или и то, и другое в режиме реального времени. Режимы управления: регулирование объема и давления. Соотношение вдоха и выдоха: от 1:1 до 1:5. Давление воздуха: 2-30 см. Диапазон частоты дыхания:

					20-400 ударов/мин. Максимальный инспираторный поток: 1,5 л/мин. Возможность экспорта цифровых данных через USB. Модуль контроля температуры и гомеотермического управления. Диапазон рабочих температур: от –40 °С до 80 °С. Все необходимые принадлежности для бесперебойной работы устройства. Функции и параметры, предоставляемые устройством: .Вентиляция с регулированием объема .Вентиляция с регулированием давления .Пульсовый режим вентиляции .PEEP – положительное давление в конце выдоха .Режим помощи .Вздохание – автоматический глубокий вдох .Регулировка соотношения вдох/выдох .Измерение и контроль дыхательного объема .Режим автоматической настройки .Установка предельных значений .Создание и сохранение пользовательских профилей .Система оповещения на основе предельных значений параметров
--	--	--	--	--	--

				дыхания .Триггерный вход для внешней или внутренней синхронизации .Аналоговый выход .Цифровой выход .Выход синхронизации .Интеграция с ADI (совместимость с системами регистрации биологических данных). Вывод данных. Внутренняя регистрация данных. Часы реального времени. Поддержка модуля мониторинга температуры и гомеотермического управления. Установка оборудования и обучение персонала квалифицированным специалистом. Предлагаемое устройство должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке и иметь не менее 1 года официальной гарантии производителя. Устройство должно быть изготовлено не ранее чем за 2 года до поставки. Поставщик должен обеспечить установку устройства.
--	--	--	--	--