

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՄ-ՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	Rubella IgG	Abbott	Rubella IgG կալիբրատոր՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար: 6 սրվակ (յուրաքանչյուրը 4,0 մլ): Calibrator A-ն պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուլցի (ոչխարի) կայունացուցիչով: Կալիբրատորները B-F պարունակում են մարդու պլազմա (ռեակտիվ anti- Rubella IgG) սպիտակուլցային (ոչխարի) կայունացուցիչով: Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПРОМ-ТЕСТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПДР-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
45			