

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԵՆԱՐ ՀՈՍ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	RWD	RWD	M1324	RWD Life Science Co. LTD	<p>24 տեղանոց սառեցվող միկրոցենտրիֆուգա՝ նախատեսված քիչ կամ միջին տարողունակությամբ՝ 1.5/2.0 մլ, փորձանոթների և միկրոթեյների համար: . Պտտման առավելագույն արագությունը՝ 21 300 × g (15 800 պտ/ր), նախատեսված է ստանդարդ մոլեկուլային հետազոտությունների համար . Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ 23444 g . Արագություն՝ 100-15800 պտ./րոպետում ( մոտ 100 պտ./ր քայլով) . Արագության և ժամանակի կարգավորում՝ թվային,</p>

բարձր ճշգրտությամբ Արագացման  
Ժամանակը 13վ Դանդաղեցման  
Ժամանակը 13վ . Աշխատանքային  
Ժամանակաչափ՝ մոտ 30 վրկ-ից  
մինչև 9:59 Ժ, շարունակական  
գործարկման գործառույթով: .  
Սառեցման ֆունկցիայով .  
Ջերմաստիճանի միջակայքը՝ - 10°C-  
ից +40°C Սառեցման համակարգ՝  
ներկառուցված, ավտոմատ  
ջերմաստիճանային վերահսկմամբ .  
Աերոզոլակայուն՝ QuickLock Pro  
կափարիչով, ռոտորի կափարիչի  
հեշտ՝ մեկ ձեռքով կառավարում նոր  
կոճակային համակարգի միջոցով,  
կափարիչի ավտոմատ կողպում,  
անհավասարակշռության  
հայտնաբերում . Ծրագրային  
հնարավորություններ (արագացման  
և արգելակման կարգավորվող  
ռեժիմներ, 3 ծրագրային կոճակ,  
արագ պտույտի գործառույթ՝ առանց  
կոճակը շարունակաբար սեղմելու  
.Կառավարման վահանակ՝ թվային  
էկրանով . Ռոտորների ընդլայնված  
ծրագրային աջակցություն (օր.՝ 5.0  
մլ ռոտոր, ճոճվող զամբյուղով  
ռոտոր PCR ստրիպերի համար) .  
OptiBowl® դիզայն՝ լուռ

				<p>աշխատանքի համար, նույնիսկ առանց ռոտորի կափարիչի . Էլեկտրամատակարարում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց . Սարքի չափեր՝ մոտ 50x30x280 սմ . Սարքի անխափան աշխատանքի համար նախատեսված անհրաժեշտ պարագաներ Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմ ուսուցում վերապատրաստված մասնագետի կողմից: Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա արտադրողի առնվազն 1 տարվա պաշտոնական երաշխիք: Սարքը պետք է արտադրված լինի մատակարարումից ոչ շուտ, քան 2 տարի առաջ Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման տեղադրումը:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО РЕНАР ХОМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-ЕЦДЦПЗР-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					