ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԵՆԱՐ ՀՈՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	MSL	MSL	MSLCU77	Medsinglong Co.LTD	Շարժական (portable) ուլտրաձայնային դոպլեր համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են՝ ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային զուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և զտված հարմոնիկ պատկերավորումները, աղմուկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը։ . Կիրառման

						ոլորտներ. Ընդհանուր սոնոգրաֆիա, որովայնային, սրտաբանական, տրանսկրանիալ և անոթների հետազոտություններ: . Ցուցադրման էկրան. Բարձր թողունակության գունավոր հեղուկ-բյուրեղային, ոչ պակաս, քան՝ 15 դույմ Մոնիտորի առաջ թեքման անկյունը, առնվազն՝ 0-45 աստիճան . Ներկառուցված մարտկոց առնվազն 1,5 ժամ առանց հոսանք աշխատանքի համար . Համակարգի քաշը, ներառյալ մարտկոցները՝ ոչ ավել քան 6,5կգ . Սկանավորման մեթոդներ՝ առնվազն Էլեկտրոնային կոնվեքս, Էլեկտրոնային գծային, Էլեկտրոնային սրտաբանական ֆազային. . Պատկերման ռեժիմներ՝ առնվազն 2D (B ռեժիմ), B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, M-ռեժիմ, իմպուլս ալիքային ռեժիմ PW, անընդհատ ալիքային դոպլեր CW, գունավոր դոպլեր (CDI), հյուսվածքային և զտված հարմոնիկ ռեժիմ (THI/PHI), էներգետիկ դոպլեր և ուղղորդված էներգետիկ դոպլեր պատկերավորում (PDI/DPDI), Հյուսվածք-կախյալ պատկերավորում (TSI),

						տրապեցանման պատկերավորում: . Ցուցադրման ռեժիմների համակցում. "256 մոխրագույնի մակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CDI, B + PDI, B + M, B + PW, B + CW, B + CDI + PW, B + CDI + CW, B + PDI + PW, B + PDI + CW" . Հարմոնիկ պատկերավորում - բոլոր տվիչների հետ ակտիվացման հնարավորություն. Յուրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի համար ոչ պակաս, քան երեք ընտրովի հաճախականություններ: . Անհատական ռեժիմներում պատկերի ստացման ալգորիթմի օպտիմալացման և աղմուկի նվազեցման հնարավորություն . Անատոմիական կառուցվածքների հայտնաբերումը բարելավելու համար օպտիմալացման առկայություն . Տվիչի միաժամանակ միացման համար ակտիվ կոնեկտոր անմիջապես ՈւՁ համակարգի վրա, ոչ պակաս, քան՝ 3 . Պատկերի ձևաչափը. Ամբողջական, բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև / ներքևի պատկերավորում . B ռեժիմ. . Ուլտրաձայնի ուժեղացում՝

						կարգավորվող . Խորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 40 սմ . Պատկերի խոշորացում, ոչ պակաս քան՝ 10 անգամ . Դինամիկ տիրույթը, ոչ պակաս, քան՝ 300 դբ . Հյուսվածքային պատկերավորման օպտիմիզացիայի առնվազն 4 տեսակ (օրինակ ՝ ճարպ, մկան, հեղուկ, նորմալ) . Ավտոմատ օպտիմալացման առկայություն . Իմպուլս-ալիքային ռեժիմում արագության միջակայք, ոչ պակաս, քան 0,01-12 մ / վ . PRF հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 1-16ԿՀց . Դիրքի և ծավալի կարգավորում իմպուլս ալիքային դոպլերի համար, ոչ պակաս, քան՝ 0,8-20 մմ . Անընդհատ-ալիքային դոպլեր ռեժիմում արագության միջակայք, ոչ պակաս, քան 0,01-42 մ/վ . PRF հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 1-50ԿՀց . Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր ռեժիմներում . Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը `220Վ / 50Հց Տվիչների լրակազմ. . Էլեկտրոնային կոնվեքս. Հաճախականությունը, ոչ պակաս, քան 1-ից 7 ՄՀց Բացվածքը ` 50 մմ-

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО РЕНАР ХОМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
8					

ից ոչ պակաս . Էլեկտրոնային սրտաբանական. Հաճախականությունը, ոչ պակաս, քան 1-ից 6 ՄՀց Բացվածքը՝ 25 մմ-ից ոչ պակաս: Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմ ուսուցում վերապատրաստված մասնագետի կողմից: Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա արտադրողի առնվազն 1 տարվա պաշտոնական երաշխիք: Սարքը պետք է արտադրված լինի մատակարարումից ոչ շուտ, քան 2 տարի առաջ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման տեղադրումը: ISO13485