

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Միկրոցենտրիֆուգ	Միկրոցենտրիֆուգ	Միկրոցենտրիֆուգ	Միկրոցենտրիֆուգ	"24 տեղանոց սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ` նախատեսված քիչ կամ միջին տարողունակությամբ` 1.5/2.0 մլ, փորձանոթների և միկրոթեյների համար: . Պտտման առավելագույն արագությունը` 21 300 × g (15 060 պտ/ր), նախատեսված է ստանդարդ մոլեկուլային հետազոտությունների համար . Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF) ` 16873 g . Արագությունը` 100-15060 պտ./րոպետում (մոտ 100 պտ./ր քայլով) . Արագության և ժամանակի կարգավորում` թվային,

բարձր ճշգրտությամբ Արագացման
ժամանակը 13վ Դանդաղեցման
ժամանակը 13վ . Աշխատանքային
ժամանակաչափ՝ մոտ 30 վրկ-ից
մինչև 9:59 ժ, շարունակական
գործարկման գործառույթով: .
Սառեցման ֆունկցիայով .
Ջերմաստիճանի միջակայքը՝ - 10°C-
ից +40°C Սառեցման համակարգ՝
ներկառուցված, ավտոմատ
ջերմաստիճանային վերահսկմամբ .
Աերոզոլակայուն՝ QuickLock Pro
կափարիչով, ռոտորի կափարիչի
հեշտ՝ մեկ ձեռքով կառավարում նոր
կոճակային համակարգի միջոցով,
կափարիչի ավտոմատ կողպում,
անհավասարակշռության
հայտնաբերում . Ծրագրային
հնարավորություններ (արագացման
և արգելակման կարգավորվող
ռեժիմներ, 3 ծրագրային կոճակ,
արագ պտույտի գործառույթ՝ առանց
կոճակը շարունակաբար սեղմելու
.Կառավարման վահանակ՝ թվային
էկրանով . Ռոտորների ընդլայնված
ծրագրային աջակցություն (օր.՝ 5.0
մլ ռոտոր, ճոճվող զամբյուղով
ռոտոր PCR ստրիպերի համար) .
OptiBowl® դիզայն՝ լուռ

				<p>աշխատանքի համար, նույնիսկ առանց ռոտորի կափարիչի . Էլեկտրամատակարարում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց . Սարքի չափեր՝ մոտ 29 × 48 × 26 սմ . Սարքի անխափան աշխատանքի համար նախատեսված անհրաժեշտ պարագաներ Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմ ուսուցում վերապատրաստված մասնագետի կողմից: Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա արտադրողի առնվազն 1 տարվա պաշտոնական երաշխիք: Սարքը պետք է արտադրված լինի մատակարարումից ոչ շուտ, քան 2 տարի առաջ Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման տեղադրումը:"</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					