# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | | ESSENTIO™ | Essentio MRI SR | Բոստոն Սայենտիֆիկ Boston scientific, | Միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարք Rate Responsive, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Օժտված է փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունքցիայով, շեմի մշտական որոշում ծրագրավորվող պարբերականությամբ: Կոննեկտորի տիպը՝ IS-1: Խթանման ռեժիմները՝ VVI(R); AAI(R); VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ խթանիչ էլեկտրոդ և մեկ ինտրոդյուսեր: Կիրառելի է Boston Scientific ծրագրավորիչի |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | - | - | - | - | - |