

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վորտեքս	-	-	Արագության վերահսկման միջակայքը՝ 500-3000 RPM Արագացման ժամանակը՝ <1 վրկ, Շարունակական շահագործման առավելագույն ժամանակը՝ 24 ժ, Խառնիչ մոդուլ՝ 0,2-ից մինչև 50 մլ փորձանոդների համար, Առավելագույն ծավալը՝ 30 մլ, Ուղեծիր 4 մմ, Ընդհանուր չափերը (L×Ե×Բ) 90x150x80 մմ Քաշը՝ 0,8 կգ Մուտքային հոսանք/Էներգիայի սպառում՝ 12 Վ, 320 մԱ / 3,8 Վտ Արտաքին Էլեկտրամատակարարում Մուտք AC 100-240 V; 50/60 Հ; Ելք DC 12 Վ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տրգրան Նախընտրյալն в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Վորտեքս	-	-	Արագության վերահսկման միջակայքը՝ 500-3000 RPM Արագացման ժամանակը՝ <1 վրկ, Շարունակական շահագործման առավելագույն ժամանակը՝ 24 ժ, Խառնիչ մոդուլ՝ 0,2-ից մինչև 50 մլ փորձանոդների համար, Առավելագույն ծավալը՝ 30 մլ, Ուղեծիր 4 մմ, Ընդհանուր չափերը (L×Ե×Բ) 90x150x80 մմ Քաշը՝ 0,8 կգ Մուտքային հոսանք/Էներգիայի սպառում՝ 12 Վ, 320 մԱ / 3,8 Վտ Արտաքին էլեկտրամատակարարում Մուտք AC 100-240 V; 50/60 Հ; Ելք DC 12 Վ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը

