

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով	ChoiceMMed	ChoiceMMed	Beijing Choicemmed Technology Co LTD	Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով Տվիչը բազմակի օգտագործման, ռետինե կամ սիլիկոնե կապանքով Ցուցադրումը առնվազն 2,4’’ գունավոր էկրանին Ցուցադրվող պարամետրերը առնվազն` SpO2 ցուցանիշի կոր, SpO2 % ներկայիս ժամանակի, SpO2 % առավելագույն գրանցված, SpO2 % նվազագույն գրանցված, պուլսի ցուցանիշ ներկայիս ժամանակի, պուլսի ցուցանիշ առավելագույն գրանցված, պուլսի ցուցանիշ նվազագույն գրանցված, պուլսի կոր,

					պերֆուզիայի ինդեքս, մարտկոցի լիցք, լիցքավորման կարգավիճակ, տազնապ, տազնապի դադար, ժամացույց, մենյու Մենյուի հասանելի լեզուները առնվազն անգլերեն, ռուսերեն Աշխատանքը առնվազն լիցքավորվող մարտկոցներից, ոչ լիցքավորվող մարտկոցներից, ցանցից Լիցքավորվող մարտկոցներից աշխատանքի ռեժիմում մարտկոցների լիցքավորման գործառույթ Գրանցված տվյալների պահպանում առնվազն 72 ժամ Առնվազն 100 տարբեր հիվանդների գրանցում և պահպանում Կարգաբերումները առնվազն՝ տազնապի սահմաններ, ազդանշաններ, լեզու, լիցքավորման ռեժիմ, պայծառություն Չափման սահմանները առնվազն SpO2% 100-70 միջակայքում, պուլսի ցուցանիշ 30-250 զարկ միջակայքում, պերֆուզիայի ինդեքս առնվազն 0,1-20 % միջակայքում, նեոնատալ չափումներ Երաշխիքային սպասարկումը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի համապատասխանության
--	--	--	--	--	--

					վկայագրեր առնվազն՝ ISO 13485, FDA
--	--	--	--	--	--------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦԱՊՁԲ 2026-18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Շարժական պոլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով	ChoiceMMed	ChoiceMMed	Beijing Choicemmed Technology Co LTD	Շարժական պոլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով Sվիչը բազմակի օգտագործման, ռետինե կամ սիլիկոնե կապանքով Ցուցադրումը առնվազն 2,4'' գունավոր էկրանին Ցուցադրվող պարամետրերը առնվազն` SpO2 ցուցանիշի կոր, SpO2 % ներկայիս ժամանակի, SpO2 % առավելագույն գրանցված, SpO2 % նվազագույն գրանցված, պոլսի ցուցանիշ ներկայիս ժամանակի, պոլսի ցուցանիշ առավելագույն գրանցված, պոլսի ցուցանիշ նվազագույն գրանցված, պոլսի կոր,

					պերֆուզիայի ինդեքս, մարտկոցի լիցք, լիցքավորման կարգավիճակ, տազնապ, տազնապի դադար, ժամացույց, մենյու Մենյուի հասանելի լեզուները առնվազն անգլերեն, ռուսերեն Աշխատանքը առնվազն լիցքավորվող մարտկոցներից, ոչ լիցքավորվող մարտկոցներից, ցանցից Լիցքավորվող մարտկոցներից աշխատանքի ռեժիմում մարտկոցների լիցքավորման գործառույթ Գրանցված տվյալների պահպանում առնվազն 72 ժամ Առնվազն 100 տարբեր հիվանդների գրանցում և պահպանում Կարգաբերումները առնվազն՝ տազնապի սահմաններ, ազդանշաններ, լեզու, լիցքավորման ռեժիմ, պայծառություն Չափման սահմանները առնվազն SpO2% 100-70 միջակայքում, պուլսի ցուցանիշ 30-250 զարկ միջակայքում, պերֆուզիայի ինդեքս առնվազն 0,1-20 % միջակայքում, նեոնատալ չափումներ Երաշխիքային սպասարկումը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի համապատասխանության
--	--	--	--	--	--

					վկայագրեր առնվազն՝ ISO 13485, FDA
--	--	--	--	--	--------------------------------------